



ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	Hosp. Clínico San Borja Arriarán		
Dirección	Santa Rosa N° 1234, Santiago		
Contacto			
Correo	natalia.zunigaj@redsalud.gob.cl carmen.castillo@redsalud.gob.cl		
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	TRILOGY 202		
Marca	PHILIPS RESPIRONICS		
Modelo	1040000		
Serie	TV011062119		
Software		Hardware	
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	118924-287932	H Hombre	2 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	14:00
Tipo de asistencia	Diagnostico en laboratorio	H termino	16:00
Fecha	29-01-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
No muestra parametro en pantalla			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas	Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo ingresa a laboratorio, se realiza inspección visual, sin encontrar daños o desperfectos físicos. Se obtienen registros del equipo observando que cuenta con errores 341, 351 y 352 vinculados a mal funcionamiento de la OBM.</p> <p>Se realiza inspección interna del equipo encontrando material particulado en sensor de flujo y turbina. Por otro lado, la turbina no gira causando que el ventilador no esté operativo.</p> <p>El equipo cuenta con 48653,8 horas de funcionamiento, mientras que su turbina cuenta con la misma cantidad de horas, estando sobrepasado en las horas máximas para su cambio según indicaciones del fabricante.</p>			

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE		
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO		
		
		
		
ESTADO DEL EQUIPO	SI	NO
Equipo se encuentra operativo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A SOLICITAR		

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1054951_B	Motor Blower Assembly w/Isolation Assembly Kit	1	
1070249	Trilogy Flow Sensor Kits	1	
1070250	200/202/O2 Tubing Kit	1	
1070248B	Trilogy 200, 202, O2 Sensor Board Assembly Kit	1	
1045153B	Active Exhalation Control Module Kit	1	
1117283B	Oxygen Blender PCA Kit	1	
1054869	Oxygen Blender Whisper Cap Kit	1	
1035443	Pollen Filter Kits	1	
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>No requiere</div> <div>No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER			
		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	