


ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	HOSPITAL DR ROBERTO DEL RIO		
Dirección	PROFESOR ZAÑARTU N° 1085, INDEPENDENCIA		
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 202		
Serie	TV015081808		
Software		Hardware	
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	120411	H Hombre	2 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	08:30
Tipo de asistencia	Diagnostico en laboratorio	H termino	12:00
Fecha	21-02-2024	O.C.(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas	Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo ingresa a laboratorio, se realiza inspección visual sin encontrar problemas en su estructura, se obtiene registros del equipo, donde se verifica información y errores.</p> <p>El equipo cuenta con 44170,9 horas de funcionamiento, mientras que su turbina tiene 44170,9/30000 horas, requiriendo un cambio de esta.</p> <p>Se realiza desarme e inspección interna del equipo, se encuentra material particulado en turbina y tubo de transición, de igual forma se encuentra material particulado en OBM. Se realiza limpieza del equipo para realización de recalibraciones y prueba de funcionamiento. Equipo no pasa calibración de OBM, requiriendo un cambio de esta. Se encuentra separador de equipo roto por fatiga, al igual que su porting block universal.</p>			

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE	
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	
	
	
	

ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1054951_B	Motor Blower Assembly w/Isolation Assembly Kit	1	
1054869	Oxygen Blender Whisper Cap Kit	1	
1029330	Pollen Filter Kits	1	
1054872	Oxygen Blender Housing Kit	1	
1117283B	Oxygen Blender PCA Kit	1	
1040370	Trilogy Exhalation Porting Block, Universal	1	
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">No requiere</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	