PHILIPS

RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0020.0570 Pos Flow Cal: dP2 at 77,0 (Setpoint 75) [20m 14s]	ADC Cnts	LE 46849	45860	✓	
37	0020.0580 Pos Flow Cal: dP2 at 87,8 (Setpoint 85) [20m 14s]	ADC Cnts	LE 47600	46850	✓	
38	0020.0590 Pos Flow Cal: dP2 at 96,1 (Setpoint 95) [20m 14s]	ADC Cnts	LE 48600	47602	✓	
39	0020.0600 Pos Flow Cal: dP2 at 107,3 (Setpoint 105) [20m]	ADC Cnts	LE 49406	48601	✓	
40	0020.0610 Pos Flow Cal: dP2 at 118,0 (Setpoint 115) [20m]	ADC Cnts	LE 50030	49407	✓	
41	0020.0620 Pos Flow Cal: dP2 at 127,3 (Setpoint 125) [20m]	ADC Cnts	LE 50800	50031	✓	
42	0020.0630 Pos Flow Cal: dP2 at 138,0 (Setpoint 135) [20m]	ADC Cnts	LE 51405	50801	✓	
43	0020.0640 Pos Flow Cal: dP2 at 146,5 (Setpoint 145) [20m]	ADC Cnts	LE 52768	51406	✓	
44	0020.0650 Pos Flow Cal: dP2 at 166,0 (Setpoint 170) [20m]	ADC Cnts	LE 54002	52769	✓	
45	0020.0660 Pos Flow Cal: dP2 at 187,3 (Setpoint 190) [20m]	ADC Cnts	LE 65435	54002	✓	
46	0020.0900 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Slope (m) [	inHg/ADC	EQ 0,000517	0,000517	✓	
47	0020.0910 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Intercept (	inHg	1,91 to 4,09	2,79	✓	
48	0020.0920 Write Sensors Cal Table [20m 47s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
49	0020.0970 Write Pprox Cal Table [21m 6s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
50	0020.0935 O2 Sensor Cal (not attempted for SW ver.14.2.05	N/A	None	None	✓	
51	0020.1030 Write Image Table [21m 26s]	N/A	Pass	TRUE	✓	

Test Started On 07/24/24 02:25:25

Serial Number TV115081216

Elapsed Test Time 21m 26s

Status **PASS**