PHILIPS
RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0030.0280 Pos Flow Verify: dP2 at 48,0 (Setpoint 50) [10m	SLPM	42,6 to 53,4	37,4		✖
37	0030.0290 Pos Flow Verify: dP2 at 38,0 (Setpoint 40) [10m	SLPM	33,0 to 43,0	29,1		✖
38	0030.0300 Pos Flow Verify: dP2 at 28,0 (Setpoint 30) [10m	SLPM	23,4 to 32,6	20,0		✖
39	0030.0310 Pos Flow Verify: dP2 at 20,0 (Setpoint 20) [10m	SLPM	15,0 to 25,0	12,0		✖
40	0030.0320 Pos Flow Verify: dP2 at 10,0 (Setpoint 10) [10m	SLPM	5,5 to 14,5	2,9		✖
41	0030.0330 Pos Flow Verify: dP2 at 4,3 (Setpoint 5) [10m 3	SLPM	0,6 to 8,1	-1,7		✖
42	0030.0510 Zero Flow Verify: dP2 at 0,0 (Setpoint 0) [10m	SLPM	-2,0 to 2,0	-5,6		✖
43	0030.0550 Neg Flow Verify: dP2 at -138,8 (Setpoint 140) [	SLPM	-147,9 to -129,8	-77,4		✖
44	0030.0560 Neg Flow Verify: dP2 at -128,8 (Setpoint 130) [	SLPM	-137,5 to -120,2	-74,0		✖
45	0030.0570 Neg Flow Verify: dP2 at -117,7 (Setpoint 120) [	SLPM	-125,9 to -109,5	-70,5		✖
46	0030.0580 Neg Flow Verify: dP2 at -107,8 (Setpoint 110) [	SLPM	-115,6 to -100,0	-66,9		✖
47	0030.0590 Neg Flow Verify: dP2 at -98,8 (Setpoint 100) [1	SLPM	-106,3 to -91,4	-63,0		✖
48	0030.0600 Neg Flow Verify: dP2 at -88,1 (Setpoint 90) [15	SLPM	-95,2 to -81,1	-58,0		✖
49	0030.0610 Neg Flow Verify: dP2 at -77,8 (Setpoint 80) [15	SLPM	-84,4 to -71,2	-53,1		✖
50	0030.0620 Neg Flow Verify: dP2 at -68,0 (Setpoint 70) [15	SLPM	-74,2 to -61,8	-49,0		✖
51	0030.0630 Neg Flow Verify: dP2 at -57,5 (Setpoint 60) [15	SLPM	-63,3 to -51,7	-43,9		✖
52	0030.0640 Neg Flow Verify: dP2 at -48,0 (Setpoint 50) [15	SLPM	-53,4 to -42,6	-38,3		✖
53	0030.0650 Neg Flow Verify: dP2 at -38,0 (Setpoint 40) [15	SLPM	-43,0 to -33,0	-31,6		✖
54	0030.0660 Neg Flow Verify: dP2 at -28,0 (Setpoint 30) [15	SLPM	-32,6 to -23,4	-24,8	✓	
55	0030.0670 Neg Flow Verify: dP2 at -19,8 (Setpoint 20) [15	SLPM	-24,8 to -14,8	-19,0	✓	
56	0030.0680 Neg Flow Verify: dP2 at -9,8 (Setpoint 10) [15m	SLPM	-14,3 to -5,3	-11,3	✓	
57	0030.0690 Neg Flow Verify: dP2 at -4,5 (Setpoint 5) [15m	SLPM	-8,2 to -0,8	-8,2	✓	
58	0030.0700 Neg Flow Verify: dP2 at -0,0 (Setpoint 0) [15m	SLPM	-2,0 to 2,0	-5,4		✖
59	0030.0950 Contr.Press.Ver.(8613): P1 at 0,00 (SP 0, 1, 1)	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,08	✓	
60	0030.0960 Monit.Press.Ver.(3939): P2 at 0,00 (SP 0, 1, 1)	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,00	✓	
61	0030.0160 Pprox Press. Ver.(9077): P2 at 0,00 (SP 0, 1, 1	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,00	✓	
62	0030.0970 Contr.Press.Ver.(10962): P1 at 3,84 (SP 4, 1, 1	cmH2O	2,84 to 4,84	3,99	✓	
63	0030.0980 Monit.Press.Ver.(6632): P2 at 3,84 (SP 4, 1, 1)	cmH2O	2,84 to 4,84	3,81	✓	
64	0030.0161 Pprox Press. Ver.(11428): P2 at 3,84 (SP 4, 1,	cmH2O	2,84 to 4,84	3,92	✓	
65	0030.0990 Contr.Press.Ver.(19362): P1 at 17,85 (SP 18, 1,	cmH2O	16,85 to 18,85	17,99	✓	
66	0030.1000 Monit.Press.Ver.(16402): P2 at 17,85 (SP 18, 1,	cmH2O	16,85 to 18,85	17,84	✓	
67	0030.0162 Pprox Press. Ver.(19827): P2 at 17,85 (SP 18, 1	cmH2O	16,85 to 18,85	17,94	✓	
68	0030.1010 Contr.Press.Ver.(27764): P1 at 31,82 (SP 32, 1,	cmH2O	30,82 to 32,82	32,00	✓	
69	0030.1020 Monit.Press.Ver.(26162): P2 at 31,82 (SP 32, 1,	cmH2O	30,82 to 32,82	31,86	✓	
70	0030.0163 Pprox Press. Ver.(28207): P2 at 31,82 (SP 32, 1	cmH2O	30,82 to 32,82	31,89	✓	

Test Started On 01/11/24 03:31:57

Serial Number TV11412164B

Elapsed Test Time 20m 2s

Status **FAIL**