Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0020.0570 Pos Flow Cal: dP2 at 77,5 (Setpoint 75) [13m 54	ADC Cnts	LE 47124	46126	✓	
37	0020.0580 Pos Flow Cal: dP2 at 87,5 (Setpoint 85) [13m 54	ADC Cnts	LE 48036	47125	✓	
38	0020.0590 Pos Flow Cal: dP2 at 96,0 (Setpoint 95) [13m 54	ADC Cnts	LE 48834	48037	✓	
39	0020.0600 Pos Flow Cal: dP2 at 105,8 (Setpoint 105) [13m	ADC Cnts	LE 49426	48834	✓	
40	0020.0610 Pos Flow Cal: dP2 at 112,2 (Setpoint 115) [13m	ADC Cnts	LE 50778	49427	✓	
41	0020.0620 Pos Flow Cal: dP2 at 127,4 (Setpoint 125) [13m	ADC Cnts	LE 51226	50779	✓	
42	0020.0630 Pos Flow Cal: dP2 at 134,5 (Setpoint 135) [13m	ADC Cnts	LE 51828	51227	✓	
43	0020.0640 Pos Flow Cal: dP2 at 144,8 (Setpoint 145) [13m	ADC Cnts	LE 53415	51829	✓	
44	0020.0650 Pos Flow Cal: dP2 at 168,3 (Setpoint 170) [13m	ADC Cnts	LE 54854	53416	✓	
45	0020.0660 Pos Flow Cal: dP2 at 189,8 (Setpoint 190) [13m	ADC Cnts	LE 65435	54855	✓	
46	0020.0900 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Slope (m) [	inHg/ADC	EQ 0,000517	0,000517	✓	
47	0020.0910 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Intercept (	inHg	1,91 to 4,09	2,55	✓	
48	0020.0920 Write Sensors Cal Table [14m 42s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
49	0020.0970 Write Pprox Cal Table [15m 5s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
50	0020.0935 O2 Sensor Cal (not attempted for SW ver.14.2.05	N/A	None	None	✓	
51	0020.0980 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	12793 to 65943	27341	✓	
52	0020.0981 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	194393 to 230243	204432	✓	
53	0020.0982 dP Calibration: dP1 @ 0,00cmH2O (Setpoint 0,00)	ADC Cnts	297270 to 358070	327623	✓	
54	0020.0983 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	425003 to 460853	450618	✓	
55	0020.0984 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	589303 to 642453	627098	✓	
56	0020.1020 Write dP Cal Table [18m 54s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
57	0020.1030 Write Image Table [19m 17s]	N/A	Pass	TRUE	✓	

Test Started On 06/05/24 12:53:29

Serial Number TV019020104   **Elapsed Test Time** 19m 17s

Status **PASS**