

Метод измерения	σ , 10^7 См/м	$\Delta\sigma$, 10^7 См/м	ε_σ
Отношение амплитуд	4.4122	0.0061	0.14%
Разности фаз (низкие частоты)	4.66	0.17	3.6%
Разности фаз (высокие частоты)	4.28	0.33	7.7%
Индуктивность	4.49	0.07	1.6%

Table 1: Сравнение результатов различных методов

Как видим, при частотах ~ 5 кГц зависимость индуктивности не описывается теорией. Как результат, зависимость разности фаз от корня частоты уже не описывается линейной зависимостью.

Погрешность измерения проводимости через разность фаз при низких частотах в основном связана с погрешностью измерения самой разности фаз, т.к. погрешность последней возрастает в несколько раз при подсчёте тангенса угла.