Sachb	earbeitung:		Datum der Überwachung:			
	Überwachı	ungsprotoko	II			
Name Herste	und Anschrift des Verantwortlichen für das ers eller Bevollmäd		kehrbri	ngen		Einführer [
Name	9					
Straß	е					
PLZ, Ort						
Tel.: / E-Ma						
	Prüfung der eingereichten Unterlagen					
1	Produktklassen:	Bitte ankreuz	zen 🖂			Bemerkungen
1.1	Medizinprodukte der Klasse: I Im (Messfunktion) Ila Ilb	☐ Is (steril)				
1.2	aktives implantierbares medizinisches Ge	rät				
1.3	☐ IVD Anhang II Liste A ☐ IVD Anha☐ IVD zur Eigenanwendung ☐ Sonstiges	ng II Liste B				
1.4	Sonderanfertigung Medizinprodukt Sonderanfertigung aktives implantierbares					
2	Wesentliche horizontale Normen in der Lis in der jeweils gültigen Fassung (gilt nicht					
	bitte eintragen: nicht anwendbar: n.a., vorha nicht vorhanden: nein		n.a.	ja	nein	Bemerkungen
2.1	EN ISO 15223-1 Bei Aufschrift von MP zu ver Symbole,	rwendende				
2.2	EN 1041 Informationen des Herstellers					
2.3	EN 10993 Biologische Beurteilung					
2.4	EN 13485 QM-Systeme					
2.5	EN 13612 Leistungsbewertung, IVD					
2.6	EN 14155 Klinische Prüfung					
2.7	EN 14971 Risikomanagement					
2.8	EN 60601 Medizinische elektrische Geräte					

2.9	EN 62304 Medizingeräte-Software				
2.10	Weitere				
3	Prüfung der Übersicht zum grundsätzlichen Verfahren nagements	des R	isiko	ma-	
	bitte eintragen: nicht anwendbar: n.a., vorhanden: ja, nicht vorhanden: nein	n.a.	ja	nein	Bemerkungen
3.1	Darstellung des Risikomanagement-Prozesses (RMP) enthält die Elemente [EN 14971 Abschnitt 3.1]:				
3.1.1	Risikoanalyse				
3.1.2	Risikobewertung				
3.1.3	Risikobeherrschung				
3.1.4	Bewertung der Akzeptanz des Gesamt-Restrisikos				
3.1.5	Risikomanagementbericht				
3.1.6	Informationen aus der Herstellung und der Herstellung nachgelagerten Phasen				
3.2	Sind Grundsätze zur Festlegung des Gesamtrestrisikos festgeschrieben? [EN 14971 Abschnitt 7 i.V.m. Anhang D.7.]				
3.3	Werden Ergebnisse aus der Herstellung und der Herstellung nachgelagerten Phase kontinuierlich gesammelt und überprüft? [EN 14971 Abschnitt 9]				
4	Prüfung des systematischen Verfahrens zur Auswertu lung nachgelagerten Phasen [gemäß der Konformitäts i.V.m. der MPSV]				
	bitte eintragen: nicht anwendbar: n.a., vorhanden: ja, nicht vorhanden: nein	n.a.	ja	nein	Bemerkungen
4.1	Definition von z.B. Vorkommnis / Rückruf / korrektive Maßnahme				
4.2	Unterscheidung von Reklamation und Vorkommnis				
4.3	Vorkommnisse in D werden an BOB gemeldet [§3 Abs.1 MPSV]				
4.4	Meldung von in D durchgeführten Rückrufen werden BOB gemeldet [§3 Abs.1 MPSV]				
4.5	unverzügliche Meldung bei Gefahr im Verzug, sonst innerhalb von 30 Tagen [§5 Abs.1 MPSV]				
4.6	Meldung erfolgt elektronisch als Datei in der Originalformatierung bei BOB [§7 Abs.2 MPSV]				
4.7	Festlegung zur Umsetzung korrektiver Maßnahmen				
4.7.1	Muster einer Maßnahmenempfehlung (Kontaktperson, eindeutige Produkt- und Chargenbezeichnung, festgestellter Mangel, Ursachenbeschreibung, ausgehendes				

4		natischen Verfahrens zur Auswertu n Phasen [gemäß der Konformitäts					
	bitte eintragen: nicht vorhanden: ja, nicht		n.a.	ja	nein	Bemerkungen	
		ng zu Grunde liegender Tatsachen, tive Maßnahme) [§14 Abs.2 MPSV]					
4.7.2		eichung der Kunden (z.B. Kunden- itteilung) [§14 Abs.1 MPSV]					
4.7.3		bei unvertretbaren Risiken ein Rück- nell und zuverlässig abgearbeitet Abs.1 MPSV]					
4.7.4	Prüfung der Wirksa [§14 Abs.3 MPSV]	mkeit der Maßnahme vorgesehen					
4.7.5	Dokumentation der Abs.3 MPSV]	Wirksamkeit der Maßnahmen [§14					
5	Anzeigen nach §§ 29 (Abgleich der einge	5 und 30 MPG reichten Unterlagen mit den Anzeig	gen be	im D	IMDI)		
	bitte eintragen: nich nich	n.a.	ja	nein	Bemerkungen		
5.1	Anzeige gemäß §25 I						
5.2	Zuordnung erstmalig in den Verkehr gebrachter Medizin- produkte zu den angezeigten Medizinprodukten möglich						
5.3	Konformitätsbewertur der Einordnung und (gegebenenfalls Stich						
5.4	Anzeige gemäß §30 I ter für Medizinproduk	MPG aktuell (Sicherheitsbeauftrag-te)					
5.5	Sachkenntnis (nach §30 Abs.3 MPG) vorhanden						
	Sicherheitsbeauftragter abgeschlossene naturwissenschaftliche, medizinische oder technische Hochschulausbildung oder andere Ausbildung um Meldungen und Vorkommnisse zu bewerten und mindestens zweijährige Berufserfahrung						
	Vertreter (optional) abgeschlossene naturwissenschaftliche, medizinische oder technische Hochschulausbildung, andere Ausbildung um Meldungen und Vorkommnisse zu bewerten und mindestens zweijährige Berufserfahrung						
6		hprobe und Einstufung (Auswahlk asse, Konformitätsbewertungsverfa				Bemerkungen	
6.1	Medizinprodukt A						
6.1.1	Bezeichnung Artikelnummer:						
6.1.2	Einstufung durch Hersteller						

6	Festlegung der Stic Einordnung und Kla anwendbarkeit)	Bemerkungen	
		Sonstiges Medizinprodukt Sonderanfertigung	
6.2	Medizinprodukt B		
6.2.1	Bezeichnung Artikelnummer:		
6.2.2	Einstufung durch Hersteller	In-vitro-Diagnostikum Aktives implantierbares medizinisches Gerät Sonstiges Medizinprodukt Sonderanfertigung	
6.3	Medizinprodukt C		
6.3.1	Bezeichnung Artikelnummer:		
6.3.2	Einstufung durch Hersteller	In-vitro-Diagnostikum Aktives implantierbares medizinisches Gerät Sonstiges Medizinprodukt Sonderanfertigung	

7	Prüfung der Klassifizierung der MP / Einstufung von IVD					Ben	nerkungen			
7.1	Für Medizinprodukt A:									
7.1.1	Vom Hersteller angegebene	Vom Hersteller angegebene Klasse:								
	Angewe	ndete Re	gel des Hers	tellers						
	Merkmal		nein	ja						
	Anwendungsort - nicht invasiv - invasiv - chirurgisch invasiv - implantierbar									
7.1.2	Anwendungsdauer - vorübergehend < 60 Min - kurzzeitig bis 30 Tage - langzeitig > 30 Tage	l .								
	Aktives Produkt									
	Produkt mit Arzneimittel Empfängnisverhütun Desinfektion Röntgenfilme Tierisches Gewebe Blutbeutel									
	Hilfestellung zur Nachvollziehbarkeit :									
		Regel	anwendba	r Klas	se					
		1								
	nicht- invasiv	2								
	ilivasiv	3								
	invasiv	5								
	chirurgisch-	6								
	invasiv	7								
	+ implantierbar	8								
7.1.3	F 22 2 2 2 2 2	9								
	aktives MP	10								
	(zusätzlich)	11								
		12								
	MP + Arzneimittel	13								
	Empfängnisverhütung	14								
	Desinfektion	15								
	Röntgenfilme	16								
	Tierisches Gewebe	17								
	Blutbeutel 18		•- —		\parallel					
	Klassifizierung plausibel ja nein nein									
7.1.4	Einstufung als IVD									
	Anhang II Liste A Anhang II Liste B zur Eigenanwendung Sonstiges									

8	Prüfung der Klassifizierung der MP / Einstufung von IVD					Ben	nerkungen
8.1	Für Medizinprodukt B:						
8.1.1	Vom Hersteller angegebene	Klasse:					
	Angewei	ndete Re	gel des Hers	tellers			
	Merkmal		nein	ja			
	Anwendungsort - nicht invasiv - invasiv - chirurgisch invasiv - implantierbar						
8.1.2	Anwendungsdauer - vorübergehend < 60 Min - kurzzeitig bis 30 Tage - langzeitig > 30 Tage						
	Aktives Produkt						
	Produkt mit Arzneimittel Empfängnisverhütun Desinfektion Röntgenfilme Tierisches Gewebe Blutbeutel						
	Hilfestellung zur Nachvollziehbarkeit :						
		Regel	anwendba	r Klas	se		
	nicht- invasiv	2					
	ilivasiv	3					
	invasiv	5					
	chirurgisch-	6					
	invasiv	7					
	+ implantierbar	8					
8.1.3		9					
	aktives MP	10					
	(zusätzlich)	11					
		12					
	MP + Arzneimittel	13					
	Empfängnisverhütung Desinfektion	14 15					
	Röntgenfilme	16					
	Tierisches Gewebe	17					
	Blutbeutel	18					
	Klassifizierung plausibel	 ja □	nein				
8.1.4	Einstufung als IVD			I			
	Anhang II Liste A Anhang II Liste B zur Eigenanwendung Sonstiges						

9	Prüfung der Klassifizierung der MP / Einstufung von IVD					Ben	nerkungen			
9.1	Für Medizinprodukt C:									
9.1.1	Vom Hersteller angegebene	e Klasse:								
	Angewei	ndete Re	gel des Hers	tellers						
	Merkmal		nein	ja						
	Anwendungsort - nicht invasiv - invasiv - chirurgisch invasiv - implantierbar									
9.1.2	Anwendungsdauer - vorübergehend < 60 Min - kurzzeitig bis 30 Tage - langzeitig > 30 Tage	·								
	Aktives Produkt									
	Produkt mit Arzneimittel Empfängnisverhütung Desinfektion Röntgenfilme Tierisches Gewebe Blutbeutel									
	Hilfestellung zur Nachvollziehbarkeit :									
		Regel	anwendba	r Klas	se					
	nicht- invasiv	2 3								
	invasiv	<u>4</u> 5								
	chirurgisch-	6								
	invasiv	7								
	+ implantierbar	8								
9.1.3	'	9								
	aktives MP	10								
	(zusätzlich)	11								
		12								
	MP + Arzneimittel	13								
	Empfängnisverhütung	14								
	Desinfektion Röntgenfilme	15 16								
	Tierisches Gewebe									
	Blutbeutel	17 18				-				
	Klassifizierung plausibel	ja	nein							
9.1.4	Einstufung als IVD		J ⊷ ∟							
	Anhang II Liste A Anhang II Liste B zur Eigenanwendung Sonstiges									

10	Prüfung vor Ort	Datum:	Inspizierende Person/en

Teilnehmende der Inspektion					
Name	Funktion	Telefon	E-Mail		

12	Beig	gefügt	e Anlag	e(n) für die	e Medizinprodukte gemäß Nr. 6 dieses Formblatts		
	Medizinprodukt		Medizinprodukt Anlage				
	A	В	С	_	Bezeichnung der Anlage		
12.1				FB 002	Formblatt für Medizinprodukte (ohne aktive implantierbare medizinische Geräte, In-vitro-Diagnostika und Sonderanfertigungen) (Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung)		
12.2				FB 003	Formblatt für die technische Dokumentation für Medizinprodukte		
12.3				FB 004	Formblatt für Medizinprodukte der Klasse I, Klasse I steril und/oder mit Messfunktion (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.4				FB 005	Formblatt für Medizinprodukte der Klasse II a (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.5				FB 006	Formblatt für Medizinprodukte der Klasse II b (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.6				FB 007	Formblatt für Medizinprodukte der Klasse III (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.7				FB 008	Formblatt für aktive implantierbare medizinische Geräte (Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung)		
12.8				FB 009	Formblatt für aktive implantierbare medizinische Geräte (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.9				FB 010	Formblatt für In-vitro-Diagnostika (Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung)		
12.10				FB 011	Formblatt für In-vitro-Diagnostika, Anhang II, Liste A (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.11				FB 012	Formblatt für In-vitro-Diagnostika, Anhang II, Liste B (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.12				FB 013	Formblatt für In-vitro-Diagnostika zur Eigenanwendung (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.13				FB 014	Formblatt für sonstige In-vitro-Diagnostika (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.14				FB 015	Formblatt für die technische Dokumentation für In-vitro- Diagnostika		
12.15				FB 016	Formblatt für Sonderanfertigungen (ohne aktive implantierbare medizinische Geräte) (Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung)		
12.16				FB 018	Formblatt für Sonderanfertigungen (Konformitätsbewertungsverfahren)		
12.17				FB 019	Formblatt für Klinische Bewertungen		
12.18				FB 020	Formblatt für Risikomanagement-Akte		
12.19				FB 021	Formblatt für OEM-Vertrag		

13 Ir	Inhalt des Abschlussgespräches vor Ort
-------	--

Formb	Formblatt FB 001 "Medizinprodukte: Überwachungsprotokoll" zur VAW02_001				
14	Zusammenfassung der Prüfergebnisse				
15	Maßnahmen				

Unterschrift des/der Überwachenden: