

Referans No: GEN-REG-2026/011

Tarih: 21.04.2026

## İLGİLİ MAKAMA

**Konu:** İn Vitro Diagnostik (IVD) Tıbbi Cihaz Sınıflandırma Beyanı

Genomer Biyoteknoloji Arge San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak; aşağıda listelenen in vitro diagnostik tıbbi cihazlarımızın, 2017/746 sayılı Avrupa Birliği İn Vitro Diagnostik Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (IVDR) Ek VIII'de belirtilen sınıflandırma kurallarına ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürürlüğe konulan *İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği*'ne uygun şekilde değerlendirildiğini ve ilgili risk sınıflarının aşağıdaki tabloda beyan edildiği şekilde olduğunu bildiririz.

| Ürün Adı                                    | IVD Sınıfı |
|---------------------------------------------|------------|
| Candida albicans qPCR Kiti                  | B          |
| Gardnerella vaginalis qPCR Kiti             | B          |
| HSV-2 qPCR Kiti                             | C          |
| HCV Genotip qPCR Kiti                       | C          |
| Genomer Solunum-24 v2.0 Patojen Tespit Kiti | C          |
| HBV qPCR Kiti                               | D          |
| HCV qPCR Kiti                               | D          |

Yukarıda belirtilen sınıflandırmalar; cihazların kullanım amacı, hedef analit ve hasta/toplum sağlığı açısından taşıdığı risk dikkate alınarak IVDR 2017/746 Ek VIII kuralları çerçevesinde yapılmış olup, ilgili teknik dosyalar ile tutarlıdır ve firmamızın ISO 13485 kalite yönetim sistemi kapsamında sürdürülmektedir.

İşbu belge, ilgili kurum, kuruluş ve makamlara sunulmak üzere Genomer Biyoteknoloji Arge San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiştir. Bilgilerinize arz/rica olunur.

**GENOMER BİYOTEKNOLOJİ**  
Arge San. ve Tic. Ltd. Şti. Tübitak  
Mam Teknoloji Serbest Bölge Şubesi  
Barış SB Mah. 5003 Sk. Yeni Tek. Binası  
A Blok No: 4A/Z09 Gebze/KOCAELİ  
Alemdar V D 3941111048

**Genomer Biyoteknoloji**

Arge San. ve Tic. Ltd. Şti.

**Yetkili İmza / Kaşe**