

Table 3.1.2.6 다축 힘측정기-1의 +x 방향 교정결과

실하중 (N)	기 기 지 시 값						평균값	상대확장 불확도 (%)
	1차(0°)	2차(0°)	3차(재설치)		4차(재설치)			
			증가	감소	증가	감소		
0	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00009	0.00000	-0.00011	0.00000	-
49.033	0.09530	0.09571	0.09533	0.09711	0.09562	0.09664	0.09542	0.914
98.067	0.19161	0.19114	0.19153	0.19318	0.19154	0.19297	0.19156	0.486
147.100	0.28742	0.28727	0.28745	0.28886	0.28729	0.28874	0.28739	0.292
196.133	0.38355	0.38308	0.38351	0.38336	0.38322	0.38307	0.38343	0.097
245.166	0.47933	0.47926	0.47887		0.47930		0.47917	0.070
0	-0.00005	-0.00010						

Table 3.1.2.7 다축 힘측정기-1의 -x 방향 교정결과

실하중 (N)	기 기 지 시 값						평균 값	상대 확장 불확도 (%)
	1차(0°)	2차(0°)	3차(재설치)		4차(재설치)			
			증가	감소	증가	감소		
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00007	0.00000	0.00007	0.00000	—
49.033	-0.09617	-0.09619	-0.09637	-0.09630	-0.09639	-0.09634	-0.09631	0.166
98.067	-0.19249	-0.19250	-0.19267	-0.19274	-0.19269	-0.19274	-0.19262	0.076
147.100	-0.28884	-0.28885	-0.28905	-0.28919	-0.28905	-0.28919	-0.28898	0.059
196.133	-0.38523	-0.38526	-0.38545	-0.38561	-0.38548	-0.38564	-0.38539	0.053
245.166	-0.48183	-0.48183	-0.48198		-0.48201		-0.48194	0.028
0	0.00005	0.00027						

Table 3.1.2.8 다축 힘측정기-2의 +x 방향 교정결과

실하중 (N)	기 기 지 시 값						평균 값	상대확장 불확도 (%)
	1차(0°)	2차(0°)	3차(재설치)		4차(재설치)			
			증가	감소	증가	감소		
0	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00016	0.00000	-0.00024	0.00000	-
49.033	0.09857	0.09868	0.09858	0.09834	0.09868	0.09846	0.09861	0.171
98.067	0.19735	0.19747	0.19735	0.19706	0.19744	0.19716	0.19738	0.100
147.100	0.29621	0.29629	0.29618	0.29603	0.29628	0.29613	0.29622	0.050
196.133	0.39506	0.39518	0.39507	0.39509	0.39515	0.39518	0.39509	0.037
245.166	0.49402	0.49417	0.49403		0.49414		0.49406	0.037
0	-0.00017	0.00000						