



REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: Lemery, S.A. de C.V.	TELS. EXT. Y FAX. 55 4094 4965	EQUIPO: Termómetro Resistencia de Platino Autoclave
DEPARTAMENTO: MICROBIOLOGÍA BIO-106	DIRECCIÓN: Sta. Ana Fabela, Col. Parque Industrial Lerma Toluca, C.P. 52004	MARCA: De Lama
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Silvia Vega	LOCALIDAD: San Mateo Atenco, Edo. de México	MODELO: Olympia Exp 3
REPORTADO POR: Silvia Vega	MAIL: Silvia.Vega01@tevamexico.com	NO SERIE: 30500/05/TEC / DSM_TEM_03T
		ID: DSM_TEM_03T

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	N/A
10530		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		29/06/2023	12:00:00	30/06/2023	15:00:00		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA	
29-06-2023	6	Revisión de estado general de equipo.					TIPO DE PROBLEMA
		Comparación de patrón de referencia y sensor de temperatura de autoclave.					• N/A
		Inicia calibración de sensor a primer condición, (130 °C).					
		Finaliza primer punto, inicia segundo punto de calibración (100 °C).					
		Finaliza segundo punto de calibración.					TIPO DE SERVICIO
30-06-2023	5	Inicia tercer punto de calibración, (70 °C).					• Calibración
		Finaliza tercer punto de calibración.					
							TIPO DE CONTRATO
							• Contrato Classic
TOTAL DE HRS.	11						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			FUNCIONANDO AL 100%	
						• Si	

OBSERVACIONES:

Concluye calibración, el equipo opera en los parámetros permitidos.

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
CALIBRACIÓN DIC. 2023	14/07/2023	Silvia Vega		 Héctor Manuel Cordero Licona
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

La firma de este documento es unicamente para evidenciar las actividades realizadas por el Ingeniero de servicio. El Servicio se considera finalizado con la entrega del informe final en original (cuando aplique)