





## REPORTE DE SERVICIO (FSR)

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| CLIENTE / EMPRESA: Leben Lab              | TELS. EXT. Y FAX. 55 5524 2429                                 | EQUIPO: Incubadora Refrigerada |
| DEPARTAMENTO: Laboratorio                 | DIRECCIÓN: Aniceto Ortega No.1341, Col. Del Valle , C.P. 03100 | MARCA: BINDER                  |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE: Alejandra Jiménez | LOCALIDAD: Benito Juarez, CD MX                                | MODELO: KB-053-UL              |
| REPORTADO POR: Alejandra Jiménez          | MAIL: laboratorio@lebenlab.com                                 | NO SERIE: 20180000019616       |
|   |  | ID: N/A                        |

| SOLICITUD DE SERVICIO |                | INICIO DE SERVICIO  |         | FIN DE SERVICIO |          | FALLA REPORTADA:    | N/A                |
|-----------------------|----------------|---|---------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|
| 8747                  |                | FECHA   | HORA    | FECHA           | HORA     |                     |                    |
|                       |                | 07/03/2023  | 9:00:00 | 08/03/2023      | 10:00:00 |                     |                    |
| FECHA                 | HORAS SERVICIO | ACCIONES REALIZADAS   |         |                 |          | FALLA ENCONTRADA    |                    |
| 07-03-2023            | 3              | Se verifica área y estado inicial del equipo.                               |         |                 |          |                     | TIPO DE PROBLEMA   |
|                       |                | Se verifican funciones de encendido del equipo y display.                   |         |                 |          |                     | • N/A              |
|                       |                | Limpieza y verificación de cámara interna y externa del equipo.             |         |                 |          |                     |                    |
|                       |                | Limpieza de accesorios y componentes del equipo, (rejillas, bisagras, etc). |         |                 |          |                     |                    |
|                       |                | Revisión y limpieza de componentes eléctricos y electrónicos del equipo.    |         |                 |          |                     | TIPO DE SERVICIO   |
|                       |                | Revisión y limpieza de componentes de refrigeración del equipo.             |         |                 |          |                     | • Mant. Prev.      |
|                       |                | Medición de voltaje, corriente y frecuencia del equipo.                     |         |                 |          |                     |                    |
|                       |                | Se deja encendido el equipo y se coloca etiqueta.                           |         |                 |          |                     | TIPO DE CONTRATO   |
|                       |                |   |         |                 |          |                     | • Servicio Puntual |
| TOTAL DE HRS.         | 3              |   |         |                 |          |                     |                    |
| NÚMERO DE PARTE       | CANTIDAD       | DESCRIPCIÓN   |         |                 |          | FUNCIONANDO AL 100% |                    |
|                       |                |   |         |                 |          | • Si                |                    |

### OBSERVACIONES:

Finaliza mantenimiento, el equipo funciona correctamente.

| PRÓXIMO SERVICIO / FECHA  | CLIENTE    |                          |   | REPRESENTANTE DE SERVICIO   |
|---------------------------|------------|--------------------------|---|---|
| MANTTO. PREV<br>MAR. 2024 | 09/03/2023 | Alejandra Jiménez Suárez |  |  |
|                           | FECHA      | NOMBRE                   | FIRMA   | NOMBRE Y FIRMA  |

La firma de este documento es unicamente para evidenciar las actividades realizadas por el Ingeniero de servicio. El Servicio se considera finalizado con la entrega del informe final en original (cuando aplique)