



REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: AstraZeneca	TELS. EXT. Y FAX. 777 252 6207	EQUIPO: Analizador de Tamaño de Partícula
DEPARTAMENTO: Control de Calidad	DIRECCIÓN: Av. Lomas Verdes No. 67 Col. Lomas Verdes Naucalpan de Juárez CP. 53120	MARCA: Malvern
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Guadalupe Micaela Badillo Lugo	LOCALIDAD: Naucalpan,	MODELO: Mastersizer 3000
REPORTADO POR: Guadalupe Micaela Badillo Lugo	MAIL: guadalupemicaela.badillo@astrazeneca.com	NO SERIE: MAL1235480
		ID: 10810

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	N/A
10332		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		02/06/2023	13:00:00	02/06/2023	14:50:00		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA	
02-06-2023	3	Pruebas de verificación de funcionamiento				TIPO DE PROBLEMA	
		Alineación inicialización Background, con valores correctos de funcionamiento				• N/A	
		Verificación de funcionamiento con estándar Latron 300 , el equipo da un valor adecuado de acuerdo al certificado de estándar					
		Equipo queda operando correctamente				TIPO DE SERVICIO	
						• Verificación	
						TIPO DE CONTRATO	
						• Servicio Puntual	
TOTAL DE HRS.	3						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN				FUNCIONANDO AL 100%
							• Si

OBSERVACIONES:

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
VERIFICACIÓN JUN. 2024	02/06/2023	Guadalupe Badillo	G. Badillo 02-Jun-23	Armando Moreno Medina
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA