



MMM Group




REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: LEI	TELS. EXT. Y FAX. 55 4660 0676	EQUIPO: Coulometro
DEPARTAMENTO: Análisis Generales y Biológicos	DIRECCIÓN: Avenida Gran Canal, s/n Locales 3 y 4, Casas Alemán Ampliación, C.P. 07580, Ciudad de México	MARCA: Metrohm
NOMBRE DEL RESPONSABLE: I.B.T. Isis Aguilar Martinez	LOCALIDAD: Gustavo A. Madero,	MODELO: 851 Titrande
REPORTADO POR: I.B.T. Isis Aguilar Martinez	MAIL: iaguilarm@lei.mx	NO SERIE: 1851001018228
		ID: OU001

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	N/A
8804		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		21/03/2023	10:00:00	21/03/2023	11:20:00		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA	
21-03-2023	1	Se realizó una prueba de funcionamiento previo al servicio de mantenimiento preventivo.					TIPO DE PROBLEMA
		Se revisó el panel táctil del equipo.					• N/A
		Se revisó el agitador.					
		Se realizó una limpieza a las tarjetas electrónicas.					TIPO DE SERVICIO
		Se realizó una limpieza general al equipo.					• Mant. Prev.
							TIPO DE CONTRATO
							• Servicio Puntual
TOTAL DE HRS.	1						FUNCIONANDO AL 100%
							• Si

OBSERVACIONES:

El equipo trabaja correctamente. Se detecta un falso contacto en el botón de encendido.

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
MANTTO. PREV SEP. 2023	21/03/2023	Isis Aguilar		
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

La firma de este documento es unicamente para evidenciar las actividades realizadas por el Ingeniero de servicio. El Servicio se considera finalizado con la entrega del informe final en original (cuando aplique)