





## REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: Neolpharma	TELS. EXT. Y FAX. 5548553967	EQUIPO: Desintegrador
DEPARTAMENTO: Solidos	DIRECCIÓN: Blvd. de los Ferrocarriles, No 277 Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300	MARCA: LORDERAN INSTRUMENTS
NOMBRE DEL RESPONSABLE: QFB Maribel Calderón León	LOCALIDAD: Industrial Vallejo	MODELO: BJ-2
REPORTADO POR: QFB Maribel Calderón León	MAIL: emiliano.vergara@neolpharma.com	NO SERIE: Q1684
		ID: EA-SB-Q186

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	N/A
8819		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		10/03/2023	10:20:00	10/03/2023	11:45:00		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA	
10-03-2023	1	Se realizó una prueba de encendido y apagado.					TIPO DE PROBLEMA
		Se revisó la resistencia de calentamiento, sensor de temperatura y bomba de agua.					• Operación
		Se reviso el cableado externo del equipo.					
		Se realizaron pruebas a diferentes niveles de agua.					
							TIPO DE SERVICIO
							• Revisión
							TIPO DE CONTRATO
							• Contrato Classic
TOTAL DE HRS.	1						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			FUNCIONANDO AL 100%	
						• Si	

### OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra funcionando correctamente. Se recomienda hacer cambio de agua cada 3 días para evitar fallas en la bomba de agua. Se detecta marca de sobre calentamiento en resistencia por falta de agua, por lo tanto se recomienda mantener un nivel de agua constante, arriba de lo señalado con una línea roja y para el encendido de la resistencia deberá ser cuando este colocado al menos un vaso para desintegración.

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
N/A	10/03/2023	Maribel Calderón		
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA