





REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: Laboratorios Pisa	TELS. EXT. Y FAX. 33 1050 1438	EQUIPO: DESINTEGRADOR
DEPARTAMENTO: Control de Calidad, Nave B	DIRECCIÓN: Carretera San Isidro Mazatepec No. 7000, Col. Santa Cruz de las Flores, C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga	MARCA: PHARMA ALLIANCE
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Q.F.B. Carlos E. Marín Orozco	LOCALIDAD: Tlajomulco de Zúñiga	MODELO: DI-200
REPORTADO POR: Q.F.B. Carlos E. Marín Orozco	MAIL: Cemarín@pisa.com.mx	NO SERIE: 1009216
		ID: LQ-19

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	N/A
8485		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		09/03/2023	12:00:00	09/03/2023	13:00:00		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA	
09-03-2023	1	Se realizó una prueba de funcionamiento previo al servicio de mantenimiento preventivo.					TIPO DE PROBLEMA
		Se realizó una limpieza a las tarjetas electrónicas.					• N/A
		Se revisó y lubrico el sistema mecánico.					
		Se reviso el panel de control y su display.					
		Se revisaron las conexiones eléctricas.					TIPO DE SERVICIO
		Se realizó una limpieza integral al equipo.					• Mant. Prev.
							TIPO DE CONTRATO
							• Contrato Classic
TOTAL DE HRS.	1						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			FUNCIONANDO AL 100%	
						• Si	

OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra funcionando correctamente y en buenas condiciones.

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
MANTTO. PREV SEP. 2023	09/03/2023	Carlos Marín		
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA