





## REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: Laboratorios Grossman, S.A. de C.V.	TELS. EXT. Y FAX. 55 5062 4800	EQUIPO: Horno de secado con vacío
DEPARTAMENTO: Materias primas	DIRECCIÓN: Calzada de Tlalpan, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040	MARCA: Binder
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Q.Oscar García	LOCALIDAD: Coyoacán, Ciudad de México	MODELO: VD 23-UL
REPORTADO POR: Q.Oscar García	MAIL: Oscar.Garcia@bauschhealth.com	NO SERIE: 09-16841
		ID: CQ-113

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	n/a
10215		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		16/05/2023	9:00:00	17/05/2023	17:00:00	FALLA ENCONTRADA	
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS					
16-05-2023	6	Se realiza revisión de controlador de equipo, derivado del monitoreo de 24 hiras realizado, el cual presentó variaciones constantes				TIPO DE PROBLEMA	
		Se detecta que equipo presenta comportamiento inestable y se realiza rutina de ajuste de fábrica				• N/A	
		Se realiza ajuste y parametrizacion de equipo y responde correctamente					
		Equipo queda operando correctamente y listo para ser calificado					
		Equipo es estable y se inicia proceso de calificación				TIPO DE SERVICIO	
						• Revisión	
						TIPO DE CONTRATO	
						• Contrato Classic	
TOTAL DE HRS.	6						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN				FUNCIONANDO AL 100%
							• Si

### OBSERVACIONES:

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
N/A	24/05/2023	Oscar Garcia		
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA