



REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: Lemery, S.A. de C.V. .	TELS. EXT. Y FAX. 55 4094 4965	EQUIPO: Termómetro Resistencia de Platino Autoclave
DEPARTAMENTO: MICROBIOLOGÍA BIO-106	DIRECCIÓN: Sta. Ana Fabela, Col. Parque Industrial Lerma Toluca, C.P. 52004	MARCA: De Lama
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Silvia Vega	LOCALIDAD: San Mateo Atenco, Edo. de México	MODELO: Olympia Exp 3
REPORTADO POR: Silvia Vega	MAIL: omarflores@inolab.com	NO SERIE: 30500/05/TEC / DSM_TEM_03T
		ID: DSM_TEM_03T

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	N/A
10530		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		29/06/2023	12:00:00	30/06/2023	15:00:00		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA	
29-06-2023	6	Revisión de estado general de equipo.					TIPO DE PROBLEMA
		Comparación de patrón de referencia y sensor de temperatura de autoclave.					• N/A
		Inicia calibración de sensor a primer condición, (130 °C).					
		Finaliza primer punto, inicia segundo punto de calibración (100 °C).					
		Finaliza segundo punto de calibración.					TIPO DE SERVICIO
30-06-2023	5	Inicia tercer punto de calibración, (70 °C).					• Calibración
		Finaliza tercer punto de calibración.					
							TIPO DE CONTRATO
							• Contrato Classic
TOTAL DE HRS.	11						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			FUNCIONANDO AL 100%	
						• Si	

OBSERVACIONES:

Concluye calibración, el equipo opera en los parámetros permitidos.

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
CALIBRACIÓN DIC. 2023	14/07/2023	Silvia Vega		 Héctor Manuel Cordero Licona
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA