



MMM Group





REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: Representaciones e Investigaciones Médicas	TELS. EXT. Y FAX. .	EQUIPO: CÁMARA CLIMÁTICA
DEPARTAMENTO: Laboratorio Analítico de Control de calidad	DIRECCIÓN: CARR NOGALES, Col. LA VENTA DEL ASTILLERO, C.P. 45220	MARCA: BINDER
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Claudia Ramos	LOCALIDAD: , ZAPOPAN	MODELO: KBF 1020
REPORTADO POR: Claudia Ramos	MAIL: Claudia.Ramos04@tevamexico.com	NO SERIE: 16-13253
		ID: CCI-391

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	n/a
8863		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		09/03/2023	10:00:00	13/03/2023	13:00:00		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA	
09-03-2023	3	Revisión por fuga de agua en el drenaje				TIPO DE PROBLEMA	
						• N/A	
						TIPO DE SERVICIO	
						• Revisión	
						TIPO DE CONTRATO	
						• Contrato Classic	
TOTAL DE HRS.	3						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN				FUNCIONANDO AL 100%
							• Si

OBSERVACIONES:

Se encuentra manguera con una basura y esta es liberada quedando el equipo en operación

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
N/A	13/03/2023	Claudia Ramos		
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

La firma de este documento es unicamente para evidenciar las actividades realizadas por el Ingeniero de servicio. El Servicio se considera finalizado con la entrega del informe final en original (cuando aplique)