





REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: Laboratorio Avi-Mex, S.A. de C.V. División Humana	TELS. EXT. Y FAX. 55 5445 0460	EQUIPO: Horno de Convección Forzada
DEPARTAMENTO: Almacén	DIRECCIÓN: Trigo 37 (Bodega 1), Col. Granjas Esmeralda Iztapalapa, C.P. 09810	MARCA: She Lab
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Ariadna Cuevas Sifuentes	LOCALIDAD: Iztapalapa, CDMX	MODELO: SM05
REPORTADO POR: Ariadna Cuevas Sifuentes	MAIL: ariadna.cuevas@avimex.com.mx	NO SERIE: 01020120
		ID: ALH-EC-006

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	n/a
6182		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		23/02/2023	10:00:00	25/02/2023	14:30:00		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA	
23-02-2023	4	Comienza calificación de operación.					TIPO DE PROBLEMA
		Se identifican y registran datos generales del equipo.					
		Registro de condiciones ambientales del área de operación.					• N/A
		Comienzo de pruebas de panel de control para verificar el buen funcionamiento.					
		Verificación de función del temporizador, interruptores, indicadores de operación y perilla de seguridad del equipo.					TIPO DE SERVICIO
24-02-2023	8	Inicio de calibración y ajuste de termopares de temperatura.					
		Se colocan sensores en cámara interna del equipo e inicia monitoreo de temperatura a 250°C.					• Calif. de Operación
		Inicio de prueba de cámara vacía.					
25-02-2023	6	Inicio de perfiles de cámara vacía a 250°C con exposición de 1 hora, por triplicado.					TIPO DE CONTRATO
		Finalizan perfiles de cámara vacía y concluye la calificación.					
							• Servicio Puntual
TOTAL DE HRS.	18						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			FUNCIONANDO AL 100%	
						• Si	

OBSERVACIONES:

Concluye la calificación, el equipo funciona correctamente.

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
CALIF. OQ FEB. 2024	24/02/2023	AVELIA ARIADNA CUEVAS SIFUENTES		
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA