





REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: IPN	TELS. EXT. Y FAX. 5612659236	EQUIPO: Espectrofotometro
DEPARTAMENTO: -	DIRECCIÓN: Prolongación de Carpio y Plan de Ayala S, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 11340	MARCA: Molecular Devices
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Luis Sergio Govea	LOCALIDAD: Col. Santo Tomás, Mexico	MODELO: SpectraMax M3
REPORTADO POR: Luis Sergio Govea	MAIL: mailto:informaticauist@udimeb.com.mx	NO SERIE: MT06097
		ID: IU-EF-004

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	N/A
10975		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
		10/07/2023	11:00:00	10/07/2023	12:20:00	FALLA ENCONTRADA	
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS					
10-07-2023	1	Se realizó una verificación del área asignada para el equipo.				TIPO DE PROBLEMA	
		Se revisaron las condiciones eléctricas, físicas y ambientales.				• N/A	
		Se realizo una prueba de encendido y comunicación con la PC.					
						TIPO DE SERVICIO	
						• Instalación	
						TIPO DE CONTRATO	
						• Servicio Puntual	
TOTAL DE HRS.	1						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN				FUNCIONANDO AL 100%
							• Si

OBSERVACIONES:

El equipo queda instalado y funcionando correctamente. Queda en espera de regulador/no break. Se entrega equipo, cable de alimentación, cable de comunicación y plate purple adapter. Se detecto una línea en monitor (no afecta el funcionamiento del equipo).

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
N/A	10/07/2023	Alejandrina Montes Luna		
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA