



Kalibration K2_G18_p 5

| | |
|------------------------------|---|
| Kalibration durchgeführt von | B. Kraus |
| Datum | July 2, 2020 |
| Sensortyp | Druck |
| Sensorbezeichnung | K2_G18_p 5 |
| Aufbau: | Kalibrator Kalt, Ref Block |
| Fitfunktion: | $A0 + A1 * D + A2 * D^{**2} + A3 * D^{**3}$ |
| A0 | 9040.322098858334 |
| A1 | -17152.784947839693 |
| A2 | 342.70745328908794 |
| A3 | -58.83159775451735 |
| R²: | 0.9999999901999043 |
| 2sigma | 0.5111313570341115 |



Gemittelte Rohdaten aus Kalibration

| Pressure [bar] | øDigit | std Digit |
|----------------|----------|-----------|
| -999.164 | 38768.41 | 1.34 |
| 0.338 | 34873.92 | 1.16 |
| 998.63 | 30992.86 | 1.95 |
| 1996.801 | 27117.59 | 2.27 |
| 2998.016 | 23239.82 | 1.97 |
| 3999.289 | 19367.94 | 2.03 |
| 4998.871 | 15511.02 | 1.73 |
| 5996.636 | 11668.98 | 3.13 |
| 6998.914 | 7817.73 | 2.04 |
| 7000.031 | 7813.69 | 1.5 |
| 6000.082 | 11655.31 | 1.5 |
| 5000.118 | 15508.02 | 2.59 |
| 4002.226 | 19357.65 | 2.82 |
| 3001.402 | 23227.9 | 2.98 |
| 2002.428 | 27097.78 | 4.55 |
| 999.764 | 30991.0 | 1.64 |
| -0.386 | 34880.29 | 1.25 |
| -998.815 | 38768.45 | 1.74 |