ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 13161 от 30 января 2020 г.

Срок действия до 30 января 2025 г.

Наименование типа средств измерений: Дозиметры гамма-излучения ДКГ-РМ1211

Производитель:

ООО «Полимастер», г. Минск, Республика Беларусь (с 30.01.2020 по 26.10.2022), ООО «Радметрон», г. Минск, Республика Беларусь (с 27.10.2022)

Документ на поверку:

МРБ МП.2613-2016 «Дозиметры гамма-излучений ДКГ-РМ 1211. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: 12 месяцев

Тип средств измерений утвержден решением Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30.01.2020 № 01-20

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока данного сертификата утверждении об типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 27.10.2022 действует в редакции с изменением № 1, постановлением утвержденным Государственного комитета стандартизации Республики Беларусь от 27.10.2022 № 103). OMNTO

Заместитель Председателя комитета

А.А.Бурак