## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

## СЕРТИФИКАТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 11767 от 31 мая 2018 г.

Срок действия до 31 мая 2023 г.

Наименование типа средств измерений: Дозиметры гамма-излучения наручные ДКГ-РМ1603

Производитель:

ООО «Полимастер», г. Минск, Республика Беларусь (с 31.05.2018 по 26.10.2022), ООО «Радметрон», г. Минск, Республика Беларусь (с 27.10.2022)

Документ на поверку:

МП.МН 1057-2001 «Методика поверки дозиметров гамма-излучения наручных ДКГ-РМ1603 ТУ ВУ 100345122.018-2001»

Интервал времени между государственными поверками: 12 месяцев

Тип средств измерений утвержден решением Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 31.05.2018 № 05-18

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия сертификата об утверждении типа данного средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 27.10.2022 действует в редакции с изменением № 1, комитета по постановлением Государственного утвержденным стандартизации Республики Беларусь от 27.10.2022 № 103).

Заместитель Председателя комитета

А.Бурак