

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 13671 от 28 августа 2020 г.

Срок действия до 28 августа 2025 г.

Наименование типа средств измерений:

Дозиметры гамма-излучения с функцией обнаружения паров токсичных веществ
ДКГ-PM2012M

Производитель:

ООО «Полимастер», г. Минск, Республика Беларусь (с 28.08.2020 по 26.10.2022),

ООО «Радметрон», г. Минск, Республика Беларусь (с 27.10.2022)

Документ на поверку:


МРБ МП.1874-2015 «Дозиметры гамма-излучения с функцией обнаружения паров токсичных веществ ДКГ-PM2012M. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: 12 месяцев

Тип средств измерений утвержден решением Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28.08.2020 № 08-20

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 27.10.2022 действует в редакции с изменением № 1, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 27.10.2022 № 103).

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак