

Funcionamento do USM

/so

Abstract

Resuminho bem mais ou menos do uso do Ultra Spinner Magnetometer
Doi2bib.org!

1 Informações importantes

Ambos o *Software* e *Hardware* são prototipos e ainda estão em desenvolvimento.
O maquinário é Bivolt, mas pode ter mal funcionamento no 110V.
Nunca fechar o prompt aberto junto do Software USM control.

2 Inicialização

Para inicializar o USM ligar os dois interruptores do amplificador(primeiro o de baixo, depois o de cima), em sequência aumentar a frequência do amplificador ao máximo.

Após isso, já no computador inicializar o software do USM (USM control), realizar a calibração do equipamento, e abrir a pasta na qual os dados serão salvos.

3 Calibragem

Após a inicialização do equipamento e abertura do software, conectamos o software ao hardware manualmente. Para a calibração, colocamos uma amostra modelo disponibilizada pelo fornecedor no holder da máquina e tiramos as três medidas iniciais no formato NRM, que o próprio software solicita.

4 Tiragem de medidas

Com o Software aberto e a calibragem já realizada, iniciamos as medidas das amostras, o processo de Tiragem de medida no USM é idêntico ao que foi realizado na calibração do mesmo, a única diferença no caso é>Após isso passamos a amostra para o segundo software, o AFDE (esse não precisa necessariamente ser calibrado) que realiza a magnetização da amostra.