# Chapter 1. Resultados de optimizacion: corridas 1 a 1

| Parametro | 1ant \| corrida #1 |
|---|---|
| Volumen de tejido (mm^3) | 140778.125 |
| Volumen de ablacion (mm^3) | 7147.500 |
| Interseccion con tejido (mm^3) | 7147.250 |
| Volumen exterior (mm^3) | 0.250 |
| Cobertura del tejido (%) | 5.0770 |
| Ablacion exterior (%) | 0.00350 |
| Fitness fino | -0.049609 |
| Fitness PSO | -0.050724 |
| Iteraciones F1 | 33 |
| Iteraciones F2 | 56 |
| Iteraciones totales registradas | 89 |
| Tiempo total de ejecucion (s) | 851.13 |
| Traslacion x (mm) | 5.18 |
| Traslacion y (mm) | 36.55 |
| Traslacion z (mm) | 50.90 |
| Rotacion Rx (grados) | 0.00 |
| Rotacion Ry (grados) | 14.04 |
| Rotacion Rz (grados) | 136.71 |
| Profundidad total de A1 (mm) | 41.30 |
| Tipo de antena | Monopolo |
| Potencia | Potencia_30W |
| Caso | Caso_0 |
| Distribucion | Geometria_Ablacion_t20.0000min |

Las iteraciones corresponden a las muestras registradas de cada fase. n/d indica un dato no disponible en el historial.