Программный комплекс Расходомер ИСО версии 1.40 от 13.05.2010 Владелец данной копии программы:

Аипих ихп «жир» одо

Pacчeт № 0 от 13.07.2017

выполнен в соответствии с ГОСТ 8.586. (1-5)-2005

ГРП-23. Природный газ Вид расчета - Расчёт расхода ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ Измеряемая среда - Природный газ молярные % компонентов (неопределенность основ., доп., %) Пропан(СЗН8)......(0,362 % н-Бутан(н-С4Н10)......(0 , 0)............0,118 % и-Бутан(и-С4H10)...... (0 , 0)........................... % Кислород(O2)......(0,0)......0,0131 % н-Гексан(н-С6Н14)......(0 , 0).............0,0059 % н-Гептан(н-С7Н16)...... (0 , 0)............. %

 н-Октан(н-С8Н18)
 (0 , 0)
 0 %

 Водяной пар(Н20)
 (0 , 0)
 0)

 Избыточное давление......0,96 МПа Барометрическое давление......742 мм рт.ст. * Фактор сжимаемости в стандарных условиях......0,99805 * Плотность в стандартных условиях (ГОСТ 30319-96)......0,69408 кг/м3 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА Сужающее устройство: Диафрагма с угловым способом отбора давления * Диаметр сужающего устройства при рабочих условиях.......112,663 мм * Относительный диаметр отверстия сужающего устройства в рабочих условиях.....0,2762 Материал сужающего устройства - Сталь 12X18H12T,12X18H10T(15X25T) Коэффициент линейного расширения материала * Поправочный коэффициент на расширение Способ определения радиуса входной кромки диафрагмы..........Оценивается визуально

* Средний радиус закругления входной кромки диафрагмы0,06319 мм * Поправочный коэффициент на неостроту входной кромки диафрагмы1,00148
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБОПРОВОДА
Диаметр трубопровода при 20° С
КОМПЛЕКСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОМЕРА
Перепад давления 10 кПа * Коэффициент скорости входа 1,00292 * Число Рейнольдса 713056 * Коэффициент расширения 0,99746 * Коэффициент истечения 0,59858 * Коэффициент расхода 0,60033 * Потери давления 9124 Па * Массовый расход 8597,04 кг/ч * Объёмный расход в стандартных условиях 12386,3 м3/ч
* Расширенная неопределенность коэффициента истечения
Верхний предел измерения 1-го дифманометра10 кПа
Функция преобразования измерительного преобразователя (дифманометра) — с извлечением корня приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (дифманометра) Основная
Дополнительная %
Верхний предел измерения избыточного давления МПа
приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (манометра) Основная0,15 %

Дополнительная %	
приведенная погрешность, % 1-го преобразователя избыточного давления Основная	
Диапазон измерения барометра	
от	
абсолютная погрешность барометрического давления Основная	
Верхний предел измерения средства измерения температуры150 ° С Нижний предел измерения средства измерения температуры50 ° С	
абсолютная погрешность измерительного преобразователя (задается формулой) — 0,25 + 0,0035 * t	
абсолютная погрешность 1-го преобразователя температуры Основная	
Нижняя граница измерения 1-го преобразователя температуры25 Верхняя граница измерения 1-го преобразователя температуры50	
относительная погрешность вычисления расхода контроллером (вычислителем) Основная	
********************	· *
Стандартные условия — 293,15 К и 0,101325 МПа	· *

Таблица расчёта неопределенностей измерения расхода при заданных отклонениях температуры и давления среды и заданных значениях перепада давления.

Температ	ypa, ° C	-20	-20	0	20	20
Абс. дав	ление, МПа	1,0473	1,0713	1,0589	1,0473	1,0713
Пере кПа	пад давления , (%)	Объемный расход, в стандартных условиях, м3/ч Относительная расширенная неопределенность, (%)				
10	(100)	12835,6	12987,7	12386,3	11861,6	12000,2
6,4	(64)	10279	10400,6	9919,14	9499,17	9609,94
4,9	(49)	8998,13	9104,5	8683,15 0,67	8315,6 0,67	8412,49
2,5	(25)	6432,39	6508,34	6207,28	5944,66	6013,83
1,6	(16)	5147,86	5208,6	4967,74	4757,63 1,26	4812,96
0,9	(9)	3862,44	3908	3727,35 2,08	3569,77 2,08	3611,26

Максимально-допустимая расширенная неопределенность определения расхода 4 %

Исполнитель:	_Захарова	н.А.
Поверитель:		