## Программный комплекс Расходомер ИСО версии 1.40 от 13.05.2010 Владелец данной копии программы:

## ОАО «ЧМК» ПКЦ КИПиА Расчет № 0 от 28.06.2017

## выполнен в соответствии с ГОСТ 8.586.(1-5)-2005

ДП №4. Доменный газ чистый. Выход с ГО2. Вид расчета - Расчёт расхода
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ
Измеряемая среда - Доменный газ
Избыточное давление       0,015 МПа         Барометрическое давление       742 мм рт.ст.         * Абсолютное давление       0,1139 МПа         Температура       45 ° С         Плотность в рабочих условиях       1,219 кг/м3         Плотность в стандартных условиях       1,2175 кг/м3         Относительная погрешность определения плотности в стандартных условиях основная       0,05 %         дополнительная       0 %         Динамическая вязкость       18,1 мкПа*с         Показатель адиабаты       1,38
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА Сужающее устройство: Диафрагма с угловым способом отбора давления
Диаметр сужающего устройства при 20° С
Допустимый диапазон относительных диаметров отверстий диафрагмы от 0.1 до 0.75  Материал сужающего устройства — Сталь 12X18H12T,12X18H10T(15X25T)  Коэффициент линейного расширения материала сужающего устройства
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБОПРОВОДА
Диаметр трубопровода при 20° С

* Поправочный коэффициент на шероховатость трубопровода $1$ Способ определения шероховатости трубопроводаВыбирается из таблицы							
КОМПЛЕКСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОМЕРА							
Перепад давления.       6,3 кПа         * Коэффициент скорости входа       1,29659         * Число Рейнольдса.       6421253         * Коэффициент расширения.       0,97547         * Коэффициент истечения.       0,58227         * Коэффициент расхода.       0,75496         * Потери давления.       2492 Па         * Массовый расход.       657423 кг/ч         * Объёмный расход в стандартных условиях       539978 м3/ч							
* Расширенная неопределенность коэффициента истечения							
Верхний предел измерения 1-го дифманометра6,3 кПа							
Функция преобразования измерительного преобразователя (дифманометра) — с извлечением корня приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (дифманометра) Основная							
Функция преобразования 1-го преобразователя 1-го дифманометра — линейная приведенная погрешность, % 1-го преобразователя Основная							
Верхний предел измерения избыточного давления							
приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (манометра) Основная							
приведенная погрешность, % 1-го преобразователя избыточного давления Основная							
Диапазон измерения барометра от							
приведенная погрешность, % барометрического давления Основная							

Верхний предел измерения средства измерения температуры150 ° С
Нижний предел измерения средства измерения температуры0 $^{\circ}$ С
абсолютная погрешность измерительного преобразователя
(задается формулой) - 0,25 + 0,0035 * t
приведенная погрешность, % 1-го преобразователя температуры
Основная0,1 %
Дополнительная
Нижняя граница измерения $1$ -го преобразователя температуры0
Верхняя граница измерения 1-го преобразователя температуры65
относительная погрешность вычисления расхода контроллером (вычислителем)
Основная
Дополнительная
*****************************
Стандартные условия - 293,15 К и 0,101325 МПа
******************

Таблица расчёта неопределенностей измерения расхода при заданных отклонениях температуры и давления среды и заданных значениях перепада давления.

Температура, ° С		45					
Абс. давление, МПа		0,1139					
Перепад давления, кПа (%)		Объемный расход, в стандартных условиях, м3/ч Относительная расширенная неопределенность, (%)					
6,3	(100)	539978	-	-	-	-	
4,032	(64)	436171	-	_	-		
3,087	(49)	383224	_	-	-	-	
1,575	(25)	275647 1,15	-	-	-	-	
1,008	(16)	221175	-	-	-	-	
0,567	(9)	166345	_		-	-	

*****************
Дополнительная расширенная неопределенность коэффициента истечения сужающего устройства, равная 0 %, введена в соответствии с 0
*******************
*************************************
Максимально-допустимая расширенная неопределенность определения расхода 4 %
Исполнитель:Захарова Н.А.
Поверитель: