Программный комплекс Расходомер ИСО версии 1.40 от 13.05.2010 Владелец данной копии программы:

OAO «ЧМК» ПКЦ КИПиА Расчет № 0 от 28.09.2017

выполнен в соответствии с ГОСТ 8.586.(1-5)-2005

КГ на ТЭЦ южная нитка Вид расчета— Расчёт расхода
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ
Измеряемая среда — Коксовый газ
Абсолютное давление 0,1139 МПа Температура 45 ° С Плотность в рабочих условиях 0,4691 кг/м3 Плотность в стандартных условиях 0,4260 кг/м3 Неопределенность определения плотности в стандартных условиях 0 основная 0,5 % дополнительная 0 % Динамическая вязкость 15,3 мкПа*с Показатель адиабаты 1,37
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА Сужающее устройство: Диафрагма с угловым способом отбора давления
Диаметр сужающего устройства при 20° С
Диаметр трубопровода при 20° С
КОМПЛЕКСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОМЕРА

Перепад давления. 2 кПа * Коэффициент скорости входа. 1,08833 * Число Рейнольдса. 588105 * Коэффициент расширения. 0,99469 * Коэффициент истечения. 0,6061 * Коэффициент расхода. 0,65964 * Потери давления. 1195 Па * Массовый расход. 20409,7 кг/ч * Объёмный расход в стандартных условиях. 47910,1 м3/ч ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА					
На расстоянии 100D до сужающего устройства местных сопротивлений нет После сужающего устройства нет местных сопротивлений					
Гильзы термометра нет					

* Расширенная неопределенность коэффициента истечения					
Верхний предел измерения 1-го дифманометра кПа					
Функция преобразования измерительного преобразователя (дифманометра) — с извлечением корня приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (дифманометра) Основная					
приведенная погрешность, % 1-го преобразователя Основная					
приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (манометра) Основная					
приведенная погрешность, % 1-го преобразователя абсолютного давления Основная					

Верхний предел измерения средства измерения температуры150 ° С						
Нижний предел измерения средства измерения температуры0 $^{\circ}$ С						
абсолютная погрешность измерительного преобразователя						
(задается формулой) - 0,15 + 0,0035 * t						
приведенная погрешность, % 1-го преобразователя температуры						
Основная0,1 %						
Дополнительная						
Нижняя граница измерения 1 -го преобразователя температуры0						
Верхняя граница измерения 1-го преобразователя температуры65						
относительная погрешность вычисления расхода контроллером (вычислителем)						
Основная						
Дополнительная0 %						

Стандартные условия - 293,15 К и 0,101325 МПа						

Таблица расчёта неопределенностей измерения расхода при заданных отклонениях температуры и давления среды и заданных значениях перепада давления.

Температура, ° С		45					
Абс. давление, МПа		0,1139					
Перепад давления, кПа (%)		Объемный расход, в стандартных условиях, м3/ч Относительная расширенная неопределенность, (%)					
2	(100)	47910,1 1,27	-	-	-	-	
1,28	(64)	38427,6 1,29		-	-	-	
0,98	(49)	33665,5 1,31		-	-	-	
0,5	(25)	24106,6 1,45		-	-	-	
0,32	(16)	19312,1		-	-	-	
0,18	(9)	14508,6	-	-	-	-	

Максимально-допустимая расширенная неопределенность определения расхода 4~%

Исполнитель:	Захарова	H.A.
Поверитель:		