Программный комплекс Расходомер ИСО версии 1.40 от 13.05.2010 Владелец данной копии программы:

OAO «ЧМК» ПКЦ КИПиА Расчет № 0 от 28.06.2017

выполнен в соответствии с ГОСТ 8.586. (1-5) -2005

КГ на ТЭЦ северная нитка Вид расчета - Расчёт расхода ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ Измеряемая среда - Коксовый газ Неопределенность определения плотности в стандартных условиях ХАРАКТЕРИСТИКА СУЖАЮШЕГО УСТРОЙСТВА Сужающее устройство: Диафрагма с угловым способом отбора давления * Относительный диаметр отверстия сужающего устройства в рабочих условиях......0,6792 Материал сужающего устройства - Сталь 12X18H12T, 12X18H10T(15X25T) Коэффициент линейного расширения материала Поправочный коэффициент на расширение Способ определения радиуса входной кромки диафрагмы.........Оценивается визуально * Средний радиус закругления входной кромки диафрагмы..........0,06319 мм * Поправочный коэффициент на неостроту входной кромки диафрагмы..1 Способ отбора давления - через камеру усреднения или соединенные отверстия Смещение оси отверстия сужающего устройства относительно оси трубопровода...... 0 мм Отклонение от плоскостности входного торца......., мм ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБОПРОВОДА Материал трубопровода - Сталь 20 Коэффициент линейного расширения материала трубопровода.....1,153E-5 1/°C * Поправочный коэффициент на расширение материала трубопровода...1,00043 Тип и состояние трубы - стальная ржавая * Поправочный коэ $\dot{\Phi}$ фициент на шероховатость трубопровода...........1 Способ определения шероховатости трубопровода......Выбирается из таблицы

Перепад давления 1 кПа * Коэффициент скорости входа 1,12707 * Число Рейнольдса 599428 * Коэффициент расширения 0,99695 * Коэффициент истечения 0,60468 * Коэффициент расхода 0,68151 * Потери давления 539 Па * Массовый расход 26897,1 кг/ч * Объёмный расход в стандартных условиях 63020,4 м3/ч
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На расстоянии 100D до сужающего устройства местных сопротивлений нет После сужающего устройства нет местных сопротивлений
Гильзы термометра нет

РАСЧЁТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
* Расширенная неопределенность коэффициента истечения
Верхний предел измерения 1-го дифманометра кПа
Функция преобразования измерительного преобразователя (дифманометра) — с извлечением корня приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (дифманометра) Основная
Функция преобразования 1-го преобразователя 1-го дифманометра — линейная приведенная погрешность, % 1-го преобразователя Основная
Верхний предел измерения избыточного давления25 кПа
приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (манометра) Основная
приведенная погрешность, % 1-го преобразователя избыточного давления

Основная0,1 Дополнительная0 %	90
Диапазон измерения барометра от	
приведенная погрешность, % барометрического давления Основная	90
Верхний предел измерения средства измерения температуры	
абсолютная погрешность измерительного преобразователя (задается формулой) — 0,15 + 0,0035 * t приведенная погрешность, % 1-го преобразователя температуры Основная	90
Дополнительная	
относительная погрешность вычисления расхода контроллером (вычислител Основная	
*********************	*****
Стандартные условия – 293,15 К и 0,101325 МПа	******

Таблица расчёта неопределенностей измерения расхода при заданных отклонениях температуры и давления среды и заданных значениях перепада давления.

Температу	ypa, ° C	57					
Абс. давление, МПа		0,1079					
Переі кПа	пад давления,	Объемный расход, в стандартных условиях, м3/ч Относительная расширенная неопределенность, (%)					
1	(100)	63020,4	_	-	-	-	
0,64	(64)	50514,3	_	-	-	-	
0,49	(49)	44244,2	-	-	-	-	
0,25	(25)	31673,9	-	-	-	-	
0,16	(16)	25374,7	_	-	-	-	
0,09	(9)	19066,2	_	-	-	-	

Расход рассчитан в соответствии с рекомендациями МИ 3152-2008
(без учета силы тяжести)

Максимально-допустимая расширенная неопределенность определения расхода 4 %

Исполнитель:	Захарова	Н.А
_		
Попоришони •		