Программный комплекс Расходомер ИСО версии 1.40 от 13.05.2010 Владелец данной копии программы:

ОАО «ЧМК» ПКЦ КИПиА

Pacчeт № 0 от 28.06.2017

выполнен в соответствии с ГОСТ 8.586.(1-5)-2005

ДП №5. Г/О 3. Выход чистого ДГ Вид расчета — Расчёт расхода
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ
Измеряемая среда — Доменный газ
Избыточное давление 0,01 МПа Барометрическое давление 742 мм рт.ст. * Абсолютное давление 0,1089 МПа Температура 45 ° С Плотность в рабочих условиях 1,164 кг/м3 Плотность в стандартных условиях 1,2175 кг/м3 Неопределенность определения плотности в стандартных условиях 0,4 % дополнительная 0 % Динамическая вязкость 18,1 мкПа*с Показатель адиабаты 1,38
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА Сужающее устройство: Диафрагма с угловым способом отбора давления
Диаметр сужающего устройства при 20° С
Диаметр трубопровода при 20° С

Перепад давления 10 кПа * Коэффициент скорости входа 1,1496 * Число Рейнольдса 5552935 * Коэффициент расширения 0,96843 * Коэффициент истечения 0,59958 * Коэффициент расхода 0,68928 * Потери давления 5130 Па * Массовый расход 568523 кг/ч * Объёмный расход в стандартных условиях 466959 м3/ч ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На расстоянии 100D до сужающего устройства местных сопротивлений нет После сужающего устройства нет местных сопротивлений
Гильзы термометра нет

РАСЧЁТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
* Расширенная неопределенность коэффициента истечения
Верхний предел измерения 1-го дифманометра10 кПа
Функция преобразования измерительного преобразователя (дифманометра) — с извлечением корня приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (дифманометра) Основная
Функция преобразования 1-го преобразователя 1-го дифманометра — линейная приведенная погрешность, % 1-го преобразователя Основная
Верхний предел измерения избыточного давления
приведенная погрешность, % измерительного преобразователя (манометра) Основная
приведенная погрешность, % 1-го преобразователя избыточного давления

Основная0,1 Дополнительная0 %	90
Диапазон измерения барометра от	
приведенная погрешность, % барометрического давления Основная	90
Верхний предел измерения средства измерения температуры	
абсолютная погрешность измерительного преобразователя (задается формулой) — 0,15 + 0,0035 * t приведенная погрешность, % 1-го преобразователя температуры Основная	90
Дополнительная	
относительная погрешность вычисления расхода контроллером (вычислител Основная	
*********************	*****
Стандартные условия – 293,15 К и 0,101325 МПа	******

Таблица расчёта неопределенностей измерения расхода при заданных отклонениях температуры и давления среды и заданных значениях перепада давления.

Температу	<i>r</i> pa, ° C	45					
Абс. давл	пение, МПа	0,1089					
Переі кПа	пад давления, (%)	Объемный расход, в стандартных условиях, м3/ч Относительная расширенная неопределенность, (%)					
10	(100)	466959	-	-	-	-	
6,4	(64)	378137 1,22	-	_	-	-	
4,9	(49)	332555	-	-		-	
2,5	(25)	239528	-	-	-	-	
1,6	(16)	192266	-	-			
0,9	(9)	144622	-	-	-	-	

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		****	****	****
Расход рассчитан в соответствии с рек (без учета силы тяжести) ************************************			*****	*****
Максимально-допустимая расширенная	неопределенность	определения	расхода	4 %
Исполнитель:	Захарова Н.А.			
Поверитель:				