V VETALYX

Rapport de validation usability kits & recommandations panels

快速过敏检测套件使用验证报告及面板推荐方案

Tests rapides IgE allergie chien et chat — retour terrain + spécification panels 6 lignes

犬猫IgE快速检测 — 实地反馈与六线面板规范

DATE / 日期
28 mai 2026 · 2026年5月28日

AUTEURS / 作者
JCH · Vasco · Clio · Jade · Dobby

DESTINATAIRE / 接收方
DIXUN

STATUT / 状态
v1 confidentiel · 保密v1版本

摘要

在列日Simon博士兽医诊所开展的可用性试验证实，检测套件在日常实践中获得良好接受度并被认为具有临床相关性。然而，实地发现了两个主要摩擦点：**面板的过敏原组成未能满足欧洲兽医的期望**，且**DIXUN套件性能文件被认为不足**以支撑临床决策。

这些实地反馈证实并强化了科学评审的建议：优先选用高流行率的欧洲过敏原、按家族设置混合线条，以及在大规模商业推广前必须进行KOL（关键意见领袖）验证。

1

第一部分 — 实地验证：可用性试验（Simon诊所，列日）

1.1 诊所基本情况

试验在**比利时列日Simon博士兽医诊所**开展，由3名兽医和2名助理组成，专注于犬、猫及马匹诊治，急诊病例较多。

选择该诊所的原因是**与负责人的良好个人关系**，使得在无资金支持的条件下顺利完成测试——检测套件以捐赠形式提供。

1.2 试验方案

使用的套件：犬猫吸入性过敏原面板（ISC）及食物过敏原面板（FSC）。

使用情况：3名兽医中，2名以每天2–3只动物的频率使用套件（第3名专职急诊，未定期使用）。

试验目标：获取日常实践中可用性的定性反馈，而非积累统计病例。

1.3 结果 — 可用性

> 结果**非常积极**——未收到任何负面评价。

唯一改进点：采样移液管体积小且透明，戴手套时操作不便。未表达对自动读取设备的需求。

1.4 结果 — 临床感知

15%的结果被判定为阳性——无统计学价值（测试对象为无明显过敏症状的动物）。

> **主要顾虑：**假阳性风险导致动物主人额外费用（送实验室检测）。兽医要求更好的性能文件。**DIXUN当前文档被认为不足以满足此需求。**

1.5 过敏原组成 — 主要摩擦点

> *过敏原面板的组成未达到日常实践的期望和要求。*

兽医期望**高流行率的欧洲过敏原**。若组成无法满足这一基本需求，商业推广将面临重大困难。

1.6 治疗与使用声明

该检测**仅具指示性价值**——不是诊断工具。

- **食物过敏：**主要治疗为回避饮食。
- **环境过敏原：**预防性或基础性管理，包括使用omega-3。

2

第二部分 — 推荐面板规范

> **核心战略建议**
> 核心问题不再是套件是否可用——它确实可用。问题在于其过敏原组成是否适应欧洲市场。这才是决定商业成功的关键所在。建议**分析将现有产品系列适应欧洲市场的可行性**，优先针对吸入性面板，然后再进行大规模商业推广。

各来源一致结论（实地兽医 + 列日大学专家 + AI综述）：需增加1–2条检测线；按家族混合线；符合欧洲流行率的过敏原；仅作筛查工具定位。

2.1 核心决策

快速检测必须使用**按过敏原家族划分的混合线**。P0优先级为犬猫环境/皮肤病检测；食物面板保持P2级。

2.2 结果解读规则

- 建议对螨虫、花粉和霉菌使用混合线。
- 阳性结果必须结合完整临床背景解读。
- 特异性免疫治疗需后续更详细的实验室面板。
- 仅凭食物IgE不能诊断食物过敏。

2.3 犬用面板

犬 — 吸入性IgE / 气传过敏原

线序	显示名称	推荐组成	依据
1	屋尘螨	*D. farinae* + *D. pteronyssinus*	犬特应性皮炎中最稳健的组合。
2	储存螨	*Tyrophagus* + *Acarus* + *Lepidoglyphus*	常见于家庭环境；欧洲筛查适用。
3	禾草花粉混合	*Phleum* + *Lolium* + *Dactylis* + *Festuca* + *Poa*	欧洲高度相关，季节性可用于临床判断。
4	杂草花粉混合	*Artemisia* + *Ambrosia* + *Plantago* + *Parietaria*	*Parietaria*在南部/地中海地区为优先。
5	树木花粉混合	*Betula* + *Alnus* + *Corylus* + *Quercus* + *Fraxinus*	欧洲树木；南部可选橄榄/柏树。
6	霉菌混合	*Alternaria* + *Cladosporium* + *Aspergillus* + *Penicillium*	作为混合线具有参考价值。

犬 — 皮肤性IgE / 过敏性皮炎

线序	显示名称	推荐组成	依据
1	跳蚤过敏	*Ctenocephalides felis* / 跳蚤唾液	过敏性皮炎主要原因；优先线条。
2	屋尘螨	*D. farinae* + *D. pteronyssinus*	犬特应性皮炎高产出率。
3	储存螨	*Tyrophagus* + *Acarus* + *Lepidoglyphus*	补充HDM线；欧洲适用。
4	马拉色菌	*Malassezia pachydermatis*	特应性犬伴皮炎/耳炎时可能存在致敏。
5	特应性花粉混合	禾草混合 + *Artemisia/Plantago/Parietaria*	最具临床意义的皮肤特应性花粉。

线序	显示名称	推荐组成	依据
6	霉菌混合	*Alternaria* + *Cladosporium* + *Aspergillus* + *Penicillium*	慢性或季节性皮炎的环境补充。

犬 — 食物性IgE

线序	过敏原	组成	依据
1	牛肉	牛蛋白 / BSA	犬最常见食物过敏原之一。
2	乳制品	牛奶蛋白	常见过敏原；广泛接触。
3	鸡肉	鸡蛋白	犬粮中高频成分。
4	小麦/谷物	小麦 +/- 谷物	有助于指导回避饮食。
5	鸡蛋	蛋清蛋白	常见食物来源。
6	大豆	大豆蛋白	中等相关性；有线条可用时建议保留。

2.4 猫用面板

猫 — 吸入性IgE / 气传过敏原

线序	显示名称	推荐组成	依据
1	屋尘螨	*D. farinae* + *D. pteronyssinus*	猫IgE/皮内试验常见；解读需审慎。
2	储存螨	*Tyrophagus* + *Acarus* + *Lepidoglyphus*	室内及干粮环境的重要补充。
3	禾草花粉混合	*Phleum* + *Lolium* + *Dactylis* + *Poa*	欧洲基础花粉覆盖。
4	区域树木/杂草混合	*Betula/Alnus* 或橄榄/*Parietaria*（按地区）	按地理区域调整。
5	霉菌混合	*Alternaria* + *Cladosporium* + *Aspergillus* + *Penicillium*	呼吸道/环境筛查有用。
6	室内昆虫	蟑螂 +/- 蚊虫混合	城市室内；支持工具，非诊断依据。

猫 — 皮肤性IgE / 过敏性皮炎

线序	显示名称	推荐组成	依据
1	跳蚤过敏	*Ctenocephalides felis* / 跳蚤唾液	猫临床首要优先；须始终排除/处置。
2	屋尘螨	*D. farinae* + *D. pteronyssinus*	FASS/非跳蚤非食物高敏反应中相关。
3	储存螨	*Tyrophagus* + *Acarus* + *Lepidoglyphus*	室内/干粮覆盖。
4	区域花粉混合	禾草 + 区域杂草/树木混合	季节性或环境相符时有参考价值。
5	霉菌混合	*Alternaria* + *Cladosporium* + *Aspergillus* + *Penicillium*	审慎的环境补充。
6	叮咬昆虫	蚊虫/叮咬昆虫混合；备选蟑螂	可获得时有用。

猫 — 食物性IgE

线序	过敏原	组成	依据
1	牛肉	牛蛋白	常见食物过敏原。
2	鱼类	白鱼 + 三文鱼/金枪鱼	猫粮常见，重要性高。
3	鸡肉	鸡蛋白	食物接触频率极高。
4	乳制品	牛奶蛋白	仅作辅助参考。
5	鸡蛋	蛋蛋白	相关但不具单独诊断意义。
6	小麦/大豆	小麦+大豆合并	仅6线时的折中方案。

2.5 推荐使用声明

> **允许的声明：**兽医快速IgE致敏筛查检测，旨在支持兽医的临床诊疗方向判断。

> **应避免的声明：**食物过敏快速诊断 · 检测食物不耐受 · 确认过敏原因 · 替代回避饮食 · 替代兽医诊断。

3 第三部分 — 建议与后续步骤

3.1 DIXUN供应商行动事项

- 确认按过敏原家族设置**标准化混合线**的技术可行性。
- 要求分别进行犬/猫验证，包含阳性/阴性矩阵及每线重现性数据。
- 明确提取物来源（天然/重组/混合）并提供批次质量控制资料。
- 为花粉提供北/西欧及地中海地区**区域选项**。
- **提供充分的性能文件**（灵敏度/特异性）——当前文档不足以支撑临床决策。

3.2 KOL验证

关键意见领袖验证是**迫切必要的**。已识别并联系两位KOL，其科室愿意会面以确定方案、时间表和预算。

3.3 临床研究方案

约束：血液采集困难且成本高；方案需纳入超过150只动物。**创新路径：**干血斑（DBS）滤纸采样——在人类中已验证，尚未在动物中验证；IgE易降解是主要保存挑战。

3.4 综合行动计划

优先级	行动事项	负责方
P0	要求DIXUN提供充分的性能文件（灵敏度/特异性）	Vasco + DIXUN
P0	将过敏原组成适应欧洲高流行率过敏原	Clio + DIXUN
P1	安排与2位已识别KOL的会面	JCH + Vasco
P1	制定临床研究方案（>150只动物，DBS可行性）	Vasco + Clio
P2	探索欧洲区域产品线（北部/地中海）	Clio + DIXUN
P2	改进移液管人体工学（尺寸、戴手套时的可见性）	JCH + DIXUN