技术附件

项目名称：某某市智慧实验室设备采购项目

技术指标：气相色谱仪检测限不高于0.05ppm

数量：2台

工期：3个月

如经采购人批准，试运行阶段可增加15天调试期。

计量单位：台