

Raport próby PiezoTester V2.0

Wygenerowano: 2026-04-18 19:12:38

Data rozpoczęcia
2026-04-18 18:51:09
Czas trwania
20:18
Typ testu
Narastający
Obciążenie koniec
1000.0 g

Data zakończenia
2026-04-18 19:11:28
Liczba próbek
27
Obciążenie start
600.0 g


Komentarz


Artykuł narastające to co się ucięło

Wartosci statystyczne

Parametr	Srednia	Min	Max	Odch. std.
Obciążenie [g]	993.138	890.557	1062.518	46.910
Rezystancja	114963.262	106311.945	127876.797	5360.629

Rezystancja / Nr próbki



Obciążenie / Nr próbki

Rezystancja / Obciążenie

