
(A)
E. coli culture
positive
negative
E. coli LAMP
positive
negative
33
8
5
145
PPV
80%
(65–91%)
NPV
97%
(92–99%)
Sensitivity
87%
(72–96%)
Specificity
95%
(90–98%)
(B)
papGII WGS
positive
negative
papGII LAMP
positive
negative
6
0
0
185
PPV
100%
(54–100%)
NPV
100%
(98–100%)
Sensitivity
100%
(54–100%)
Specificity
100%
(98–100%)