
DILUTION : protocole, calculs de concentrations et facteur de dilution

MANIPULATION A MAITRISER

GBL
selon pictogrammes



1- Verser la solution mère dans un bécher *(aspirer un peu de solution mère avec la pipette jaugée pour la rincer avec la solution)*
2- A l'aide d'une poire à pipeter, prélever avec la pipette jaugée un volume $V_{(pipette)}$ de solution mère
3- Introduire ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume $V_{(fiole)}$
4- Ajouter de l'eau distillée au 2/3 de la fiole
5- Boucher et agiter latéralement pour solubiliser le soluté
6- Ajouter de l'eau distillée et compléter au trait de jauge *(rmq : utiliser une pipette compte-goutte pour ajuster)*
7- Boucher et agiter pour homogénéiser la solution

ⓘ Au cours d'une dilution il y a conservation de la quantité de matière prélevée :

n(concentrée prélevée) = n(diluée)

soit

c(concentrée) x V(pipette) = c(diluée) x V(fiole)

ON NE PRELEVE JAMAIS DANS UN FLACON !!!

Toujours **verser la solution** à prélever dans un bécher

La pipette jaugée doit être rincée AVEC LA SOLUTION A PRELEVER

Vérifier si la pipette jaugée comporte 1 ou 2 traits de jauge



- **FACTEUR DE DILUTION :** coefficient qui indique combien de fois la solution a été diluée

- Le facteur de dilution se déduit de la loi de conservation et s'écrit : $F = \frac{c(concentrée)}{c(diluée)}$ ou $F = \frac{V(fiole)}{V(pipette)}$

- Il est ainsi utile notamment pour choisir le volume de la pipette jaugée et de la fiole jaugée : **V(fiole jaugée) = F × V(pipette jaugée)**