



Fecha de verificación: _____

Turno: _____

Lote y producto que ampara la verificación _____

NOTA: Las pesas patrón deberán de estar libres de polvo, óxido o humedad antes de realizar la verificación y deben de estar estandarizadas a 20.00 Kg. La verificación se debe de hacer para cada lote antes de iniciar la mediación y al terminar cada envasado. Si la diferencia entre el peso obtenido y el establecido para las pesas patrón es superior a "0" avisar inmediatamente a mantenimiento para su corrección (no se puede realizar ninguna maniobra si la báscula presenta desviación)

PRIMERA VERIFICACIÓN (ANTES DE INICIAR EL ENVASADO)

VERIF. 19/12/16					
PESO REAL DE PESAS PATRÓN	ACUM. REAL	ADICIÓN DE PESO	PESO EN KILOS O LBS	RETIRO DE PESO	PESO EN KILOS O LBS
19.90	19.90	PESA 1		PESA 10	
19.95	39.85	PESA 2		PESA 9	
19.9	59.72	PESA 3		PESA 8	
20.0	79.73	PESA 4		PESA 7	
19.9	99.65	PESA 5		PESA 6	
20.0	119.62	PESA 6		PESA 5	
20.0	139.60	PESA 7		PESA 4	
19.95	159.55	PESA 8		PESA 3	
19.95	179.50	PESA 9		PESA 2	
20.0	199.48	PESA 10		PESA 1	

SEGUNDA VERIFICACIÓN (DESPUES DE TAMBOR 40)

ADICION DE PESO	PESO EN KILOS O LBS	RETIRO DE PESO	PESO EN KILOS O LBS
PESA 1		PESA 10	
PESA 2		PESA 9	
PESA 3		PESA 8	
PESA 4		PESA 7	
PESA 5		PESA 6	
PESA 6		PESA 5	
PESA 7		PESA 4	
PESA 8		PESA 3	
PESA 9		PESA 2	
PESA 10		PESA 1	

TERCERA VERIFICACIÓN (AL FINALIZAR EL ENVASADO)

ADICION DE PESO	PESO EN KILOS O LBS	RETIRO DE PESO	PESO EN KILOS O LBS
PESA 1		PESA 10	
PESA 2		PESA 9	
PESA 3		PESA 8	
PESA 4		PESA 7	
PESA 5		PESA 6	
PESA 6		PESA 5	
PESA 7		PESA 4	
PESA 8		PESA 3	
PESA 9		PESA 2	
PESA 10		PESA 1	

OBSERVACIONES: ERROR MAXIMO TOLERADO ES DE 0-150gr EN 0-200 Kg (Según NOM-010 SCFI 1994)

El encargado de llenado se encargará de realizar la verificación de la báscula y este debe de estar capacitado para realizar esta maniobra.

REALIZÓ VERIFICACIÓN

AUTORIZÓ VERIFICACIÓN

Encargado de Llenado
(Nombre y Firma)

Supervisor
(Nombre y Firma)