

Manutenção Componentes Exames - CQ0107

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção Componentes Exames - CQ0107

Objetivo da tela:	Esta tela é apresentada ao acionar o botão Incluir, da tela CQ0105 , e tem como objetivo manter informações de Exames cuja situação seja igual a Pendente. Componentes de exames com situação igual a Liberado ou Desativado não podem sofrer alteração
--------------------------	---

Manutenção Componentes Exames – Pasta Exame

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Componentes Exames - Pasta Exame, é possível realizar a manutenção de informações do componente selecionado referentes à informações padrões do componente.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Componente Exame	Inserir o código do componente do exame.  Nota: Esse campo não é habilitado quando da manutenção do componente do exame selecionado.
Descrição	Inserir uma breve descrição para o componente do exame.
Local CQ	Selecionar o local para ser realizado o exame do controle da qualidade. Os parâmetros disponíveis são: - Laboratório: Indica que o exame será efetuado no laboratório de controle de qualidade da empresa; - Produção: Indica que o exame será efetuado diretamente na área de produção da empresa; - Terceiros: Indica que o exame será efetuado por empresa terceirizada.
Equipamento	Inserir os equipamento a serem utilizados para a realização do exame.
Método	Inserir o método a ser utilizado para a realização do exame.
Refer Técnica	Inserir a referência técnica do exame para a realização do mesmo.
Número de Testes	Informar a quantidade de testes do componente do exame.

Parâmetro:	Descrição:
Imprime no Laudo	Quando assinalado, indica que o componente será impresso no Laudo por intermédio da função Emissão de Laudos (CQ0211). Quando os dados do componente não podem ser impressos/divulgados, por motivos diversos, esse campo não deve ser assinalado.
Restritivo ao Processo de Fabricação	Quando assinalado, indica que o resultado do componente impacta no processo de fabricação do item.

Manutenção Componentes Exames - Pasta Resultado

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Componentes Exames - Pasta Resultado, é possível realizar a manutenção de informações do componente selecionado referentes ao resultado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Resultado	Selecionar o tipo de resultado a ser considerado para o componente. Os parâmetros disponíveis são: Númérico: Esse tipo de resultado é utilizado quando a amostra é homogênea ou o tamanho da amostra é de uma unidade (peça), sendo informado somente um valor como resultado para este componente.

	Exemplo: Determinação do percentual de umidade em determinada matéria-prima. Madeira = 35%. Neste caso, o resultado será um valor único, podendo ser tratado como um componente numérico. - Tabela: Esse tipo de resultado é utilizado em componentes que possuam valores fixos como resultado. Exemplo: Coloração de determinada substância quando aquecida até 80 graus. A coloração pode variar (sempre dentro de uma faixa já conhecida), pode-se cadastrar como resultado para esse componente uma tabela de cores, sendo que os componentes dessa tabela serão as diversas cores, que a substância pode assumir. Tabela: 1 - Cores Componentes 1 - Azul Claro 2 - Azul Escuro 3 - Roxo 4 - Preto - Texto: Esse tipo de resultado é utilizado quando o componente do exame não possui um padrão pré-determinado, ou uma faixa na qual este resultado deva se encaixar. Nesse caso, o departamento de controle da qualidade só dará um parecer sobre o resultado apurado. Exemplo: Exame visual. Nesse tipo de exame, é analisado o aspecto geral de um determinado material, informando um parecer (laudo), a respeito das características visuais. - Faixa: Esse tipo de resultado é similar ao numérico, mas é normalmente aplicado para amostras heterogêneas (quando são analisadas várias unidades de um determinado material e são colhidos tantos resultados quanto for o tamanho da amostra). Nesse caso se informa o resultado máximo e mínimo obtido, os que devem ficar entre uma faixa máxima e mínima especificada. Exemplo: São retiradas 80 peças de um determinado lote para realizar um exame de dimensões (Espessura). Após 80 medições, são obtidos resultados diferentes. Na digitação do resultado do exame, deve-se informar o maior e o menor resultado obtido e compará-lo com o resultado máximo e mínimo especificado para esse exame, permitindo assim verificar se existem peças com as dimensões fora do especificado.
Decimais	Inserir o número de decimais a serem consideradas para verificação dos resultados mínimo e máximo do exame.
Result Min	Inserir o valor mínimo estipulado para que o resultado do exame seja aceito.
Result Max	Inserir o valor máximo estipulado para que o resultado do exame seja aceito.
Tabela	Selecionar o código da tabela a ser considerada para os resultados do exame.
Complemento Resultado	Inserir o complemento para o resultado demonstrado na tabela.  Nota: Esse campo é habilitado quando o tipo de resultado selecionado for Tabela.
Unid	Inserir a unidade de medida relacionada ao tipo de resultado do exame.
Situação	Quando assinalado, indica que o exame está ativo. Quando não assinalado indica que o exame não está ativo, nesse caso o exame não será mais utilizado para a geração dos roteiros.

Manutenção Componentes Exames - Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Permitir inserir informações detalhadas sobre o componente do exame.
-------------------	--

Conteúdos Relacionados:

Manutenção Exames - CQ0105

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)