

Manutenção de Parâmetros da Calibração - GC0101

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção de Parâmetros da Calibração - GC0101

Visão Geral do Programa

Permitir a definição dos parâmetros que serão utilizados como referência no módulo de Calibração e Ensaios.

Essa função verifica se o módulo está implementado nos parâmetros globais. Se não estiver implantado, emite mensagem de consistência encerrando o programa. A função verifica se já existe um registro de parâmetros de calibração criado. Se existir, apresenta e permite realizar a alteração, caso contrário, criará um registro automaticamente.

Parâmetros da Calibração GC0101 - Pasta Pag1

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Parâmetros da Calibração, é possível incluir ou manter o registro de parâmetros da calibração.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
E-Mail Automático	Define se no módulo de Calibração será usado o recurso de envio automático de e-mail no momento do apontamento da calibração. As opções disponíveis são: Não Envia – Define que não usa o recurso de envio de e-mail no apontamento da calibração. Envia com Confirmação – Define que utiliza o recurso de envio de e-mail no apontamento da calibração, no entanto, o sistema pede ao técnico a confirmação de para onde será endereçado o e-mail. O sistema sugere o aprovador padrão. Envia Automático – Define que utiliza o recurso de envio de e-mail no apontamento da calibração, e que o mesmo será enviado automaticamente para o aprovador definido nos parâmetros da calibração. É um recurso que pode ser utilizado para avisar ao responsável pela calibração, aprovação ou revisão de que alguma ação foi realizada sobre o apontamento da calibração.
Técnico	Define o código do técnico padrão para o envio de e-mail no apontamento da calibração e responsável padrão pela aprovação dos equipamentos.
Numera Documentos	Define se a numeração dos documentos de certificação de calibração, de ensaios e estudos de R/R, será gerada à partir de um número sequencial ou será igual ao número da ordem de manutenção. Se for sequencial, é obrigatório informar as respectivas abreviaturas para cada tipo de certificado, as quais não poderão ser iguais entre si.
Gera Documentos	Define se o certificado (planilha Excel) associado à ordem de manutenção com classe do tipo "Calibração", "Ensaio" ou "Estudo R/R", será gerado pelo programa de apontamento da calibração ou no momento da criação da Ordem de Manutenção. Por possuir melhor performance, o valor inicial apresentado é "Apto Calibração".
Abrev Certificado	Define qual será a abreviatura inicial da nomenclatura para os certificados quando se usa numeração sequencial. Exemplo: CERT
Próximo Certificado	Define qual será o próximo número na sequência de numeração dos certificados quando adotada a opção de numeração sequencial.  Importante: Se a opção no parâmetro for de numeração pela OM, este campo estará desabilitado.
Abrev Ensaio	Define qual será a abreviatura inicial da nomenclatura para os documentos de ensaio quando se usa numeração sequencial. Exemplo: ENS
Próximo Ensaio	Define qual será o próximo número na sequência de numeração dos documentos de ensaio quando adotada a opção de numeração sequencial.  Importante: Se a opção no parâmetro for de numeração pela OM, este campo estará desabilitado.
Abrev Estudo R/R	Define qual será a abreviatura inicial da nomenclatura para os documentos de estudo R/R quando se usa numeração sequencial. Exemplo: ESTRR
Próximo Estudo R/R	Define qual será o próximo número na sequência de numeração dos documentos de estudo de R/R quando adotada a opção de numeração sequencial.  Importante: Se a opção no parâmetro for de numeração pela OM, este campo estará desabilitado.
Chave Acesso	Define qual será a senha com a qual serão salvos os documentos em Excel gerados na criação de métodos e apontamentos.

	A senha inicia-se com “datasul”.
Aprovadores	Define qual o grupo de usuários que serão autorizados como aprovadores nos apontamentos da calibração. Exibe a descrição do grupo de usuários aprovadores.
Executores	Define qual o grupo de usuários que serão autorizados como executores nos apontamentos da calibração. Exibe a descrição do grupo de usuários executores.

Parâmetros da Calibração GC0101 - Pasta Pág 2

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Parâmetros da Calibração - Pasta Pag2, é possível incluir ou manter o registro de parâmetros da calibração com as informações referente aos catálogos onde estarão cadastrados os arquivos/planilhas gerados na função.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Catálogo de Modelos	Define em que catálogo (consequentemente mapeia o diretório), estarão cadastrados os modelos padrões de planilha.
Catálogo de Métodos	Define em que catálogo (consequentemente mapeia o diretório), estarão cadastrados os modelos de planilha gerados pelos métodos associados a procedimentos.
Catálogo de Certificados Externos	Define em que catálogo (consequentemente mapeia o diretório), estarão cadastrados os arquivos associados aos certificados externos, quando existir.
Catálogo de Certificados Internos	Define em que catálogo (consequentemente mapeia o diretório), estarão cadastrados os arquivos associados aos certificados internos gerados pelo sistema.
Catálogo de Ensaios Internos	Define em que catálogo (consequentemente mapeia o diretório) estarão cadastrados os arquivos associados aos ensaios internos gerados pelo sistema.
Catálogo de Ensaios Externos	Define em que catálogo (consequentemente mapeia o diretório), estarão cadastrados os arquivos associados aos ensaios externos gerados pelo sistema.
Catálogo de Estudos de R/R	Define em que catálogo (consequentemente mapeia o diretório), estarão cadastrados os arquivos associados aos Estudos de repetitividade e Reprodutibilidade (R/R) gerados pelo sistema.
Catálogo de Documentos	Define em que catálogo (consequentemente mapeia o diretório), estarão cadastrados os documentos e normas associados aos procedimentos e métodos.

 **Importante:**
Para inclusão ou manutenção em qualquer um dos catálogos, é usado o zoom de implantação BTB003KA.W.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#) [processo_preparacao_das_informacoes](#)
[manutencao_de_parametros_da_calibracao](#) [gc0101](#) [p12](#)
[versao_12](#)