

Manutenção dos Parâmetros Padrões de Critérios de Validação - GC0105

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção dos Parâmetros Padrões de Critérios de Validação - GC0105

Visão Geral do Programa

Permitir a definição dos parâmetros utilizados como referência no cadastro dos valores admissíveis de um critério além de parâmetros de verificação. Parâmetros padrões são características próprias de cada instrumento, as quais precisam ser avaliadas para efeito de validação do estado atual do equipamento, o que ira definir a necessidade ou não de calibração dos mesmos.

Manutenção dos Parâmetros Padrões – GC0105

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Parâmetros Padrões, é possível Incluir, Copiar, Alterar e Eliminar parâmetros padrões.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parâmetro	Define o código do Parâmetro Padrão, o qual poderá ser associado a critério de aceitação e valores admissíveis.
Descrição	Define a descrição do Parâmetro Padrão selecionado.
Tipo	Define a utilização do parâmetro. As opções disponíveis são: Avaliação: Define o parâmetro que é utilizado em ensaios e calibrações e que terá a função de avaliar o equipamento, bem como aprová-lo no apontamento da calibração. Estudo R/R: Define o parâmetro padrão utilizado para validação de estudos de Repetitividade e Reprodutibilidade. Verificação Inicial: São parâmetros que somente serão considerados para aprovação do apontamento do equipamento (interno ou externo), se o mesmo possuir flag de realização de ajuste (que caracteriza que foi feita calibração) igual a Não.  Importante: Situação em que não se executa a calibração: - Se o apontamento for Interno e se for retornado da planilha que não foi efetuado ajuste, não serão considerados para aprovação e validação do equipamento os parâmetros do tipo "Avaliação". Somente serão considerados para aprovação do apontamento os parâmetros do tipo Verificação Inicial. Neste caso, subentende-se que o equipamento estava dentro dos valores admissíveis destes parâmetros e não foi necessário nenhum ajuste ou sua calibração. - Se o apontamento for Externo e se usuário assinalar não foi efetuado ajuste, não serão considerados para aprovação e validação do equipamento os parâmetros do tipo "Avaliação". Somente serão considerados para aprovação do apontamento os parâmetros do tipo Verificação Inicial. Neste caso, subentende-se que o equipamento estava dentro dos valores admissíveis destes parâmetros e não foi necessário nenhum ajuste ou sua calibração. Situação em que se executa a calibração: - Se o apontamento for Interno e se for retornado da planilha que foi efetuado ajuste, serão considerados para aprovação e validação do equipamento os parâmetros do tipo "Avaliação". Não serão considerados para aprovação do apontamento os parâmetros do tipo Verificação Inicial. Neste caso, subentende-se que o equipamento não estava dentro dos valores admissíveis destes parâmetros e foi necessário o seu ajuste ou sua calibração. - Se o apontamento for Externo e se usuário assinalar que foi efetuado ajuste, serão considerados para aprovação e validação do equipamento os parâmetros do tipo "Avaliação". Não serão considerados para aprovação do apontamento os parâmetros do tipo Verificação Inicial. Neste caso, subentende-se que o equipamento não estava dentro dos valores admissíveis destes parâmetros e que foi necessário algum ajuste ou sua calibração. Esse campo somente estará habilitado na opção de inclusão.

 Macro desconhecida: 'rate'

