

Q1 Valve Control

15:42:00

Thu Feb 4 1999

Operator Command

Valve	Position	UL	LL	Setpt	Control	Function
[8]	13.9	25.0	3.0	0.0	Auto	LHe to Reservoir
[6]	-6.0	0.0	-6.0	0.0	Auto	LHe to Magnet
[4]	-5.6	-6.0	-5.9	0.0	Auto	He gas control
[3]	3.4	95.0	3.0	0.0	Auto	LN2 to Reservoir
[1]	43.0	0.0	-6.0	0.0	Auto	LN2 to Shield
[13]	100.0	100.0	10.0	100.0	Auto	He return valve
[19]	100.0			Open	Auto	LN2 non return vlv
Mix	-6.0	-5.0	-6.0	0.0	Auto	He gas temp cont.

PID Coil He N2 PSU Temp ILK

F6: ALARM POINT F7: ALARM ACK