

PROPOSTA COMERCIAL

**Cliente: AFERITEC COMPROVACOES
METROLOGICAS E COMERCIO LTDA**

Data: 23/10/2020
Proposta: 20.002.042

knwaagen

knwaagen.com.br

23 de outubro de 2020

Proposta nº 20.002.042

DADOS DA EMISSÃO DA PROPOSTA

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nº Proposta | 20.002.042 | Vendedor | Virginia Oliveira |
| Data da Emissão | 23/10/2020 | E-mail | virginia.oliveira@knwaagen.com.br |
| Validade da Proposta | 03/11/2020 | Telefone | (11) 4612-4090 |

DADOS DA EMISSÃO DO CLIENTE

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Nome da empresa | AFERITEC COMPROVACOES METROLOGICAS E COMERCIO LTDA | Contato | Michael |
| CNPJ | 00.225.796/0001-80 | Departamento | |
| Endereço | R CESAR LADEIRA 183, , PAULICEIA, PIRACICABA/SP - CEP: 13424-385 | E-mail | lab@aferitec.com.br |
| | | Telefones | 19 3422 0215 |

CONDIÇÕES COMERCIAIS

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| Condições de Pgto. | 14 DDL | Valor dos Itens | R\$ 313,00 |
| Forma de Pgto. | Crédito em Conta | Valor do Frete | R\$ 0,00 |
| Tipo de Frete | Por conta do Destinatário (FOB) | Valor Deslocamento | R\$ |
| | | Valor Total | R\$ 313,00 |

ITENS DA PROPOSTA

| Item | Código | Descrição | NCM | IPI % | Qtd | Valor Unit | Total | Prazo de Entrega |
|------------------------|----------------|---|-----|-------|-----|------------|-------------------|------------------|
| 1 | LM-F-CA20 | Calibração RBC e Ajuste em Pesos Padrão de 1 mg a 20 kg das classes F1 e F2 | | | 2 | R\$ 44,00 | R\$ 88,00 | 12 |
| Obs: | PESO PADRÃO F1 | 500g | | | | | | |
| | PESO PADRÃO F1 | 1kg | | | | | | |
| 2 | LM-E2-CC20 | Calibração RBC em Pesos Padrão de 1 mg a 20 kg da classe E2 | | | 3 | R\$ 75,00 | R\$ 225,00 | 12 |
| Obs: | PESO PADRÃO E2 | 100mg | | | | | | |
| | PESO PADRÃO E2 | 5g | | | | | | |
| | PESO PADRÃO E2 | 50g | | | | | | |
| Total dos Itens | | | | | | | R\$ 313,00 | |

IMPOSTOS

Todos os impostos estão inclusos do preço de venda, inclusive o IPI quando existir. Dependendo do regime tributário de vossa empresa, os impostos poderão ser creditados.

ENDEREÇO DE ENTREGA/RETIRADA

- a. Empresa: KN WAAGEN BALANÇAS10 EIRELI – EPP
- b. CNPJ: 00.432.705/0001-88
- c. Endereço: Rua Howard Archibald Acheson Junior, 609, Terreo – Jardim da Glória – Cotia – SP – CEP: 06711-280
- d. Horário: De Segunda a Quinta-feira das 8:00 as 16:00 e Sexta-feira das 8:00 as 15:00

CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

- a. O prazo de entrega: Para produtos é contado a partir do recebimento do pedido de compra formal. Para serviço interno é contado a partir do recebimento do pedido de compra e recebimento do material.
- b. O prazo de pagamento: é contado a partir da emissão da Nota Fiscal e seu atraso incide em multa de 5% acrescido juros de 0,2% ao dia.
- c. Retirada do material: após comunicado formal que o material está disponível, o cliente terá o prazo de 05 dias úteis para retirar. Caso o mesmo ultrapasse esse prazo sem informar o motivo, será cobrada uma taxa diária de armazenamento de R\$ 40,00
- d. Cuidados com envio dos equipamentos: quando serviço de calibração de pesos e conserto de balanças, cabe ao cliente a responsabilidade de embalar os pesos e balanças de forma que fique bem protegido contra impactos e garanta a sua integridade. Não nos responsabilizamos por danos causados pelas transportadoras e por maus tratos decorrentes de embalagem não adequadas.
- e. Informações adicionais: quando serviço de calibração, cabe ao cliente, no momento da aprovação desta proposta, enviar todas as informações pertinentes a emissão do certificado, tais como: fabricante, classe de exatidão, validade do certificado, número de identificação/TAG. Qualquer informação adicional após a emissão do certificado será cobrada uma taxa de retificação do certificado de R\$ 40,00.

Descrição Detalhada dos Itens da Proposta**1 - Calibração RBC e Ajuste em Pesos Padrão de 1 mg a 20 kg das classes F1 e F2****Calibração:**

Calibração realizada conforme instrução de trabalho KN Waagen IT-21, que tem como referência a recomendação OIML R 111-1.

Ajuste:

Quando necessário, o peso será ajustado para o limite de erro de sua classe de exatidão, com o acréscimo ou retirada de material de sua câmara de ajuste, desde que atenda os seguintes critérios:

- Possua câmara de ajuste acessível e adequada;
- Possua condições técnicas para a realização do ajuste (espaço disponível na câmara, material sobressalente, etc)
- OBS: o ajuste não faz parte do escopo de acreditação

Certificado:

O certificado de calibração atende aos requisitos da NBR ISO/IEC 17025 e sua emissão é feita por conjunto e/ou classe de exatidão.

Incerteza:

A Incerteza Expandida será menor ou igual a 1/3 do valor do erro máximo permissível para a classe do peso, conforme OIML R 111-1 e portaria 233/94 do Inmetro.

Escopo e CMC:

A KN Waagen é o laboratório privado com a maior faixa de pontos de menor incerteza de calibração do Brasil. [Consulte aqui: escopo de acreditação e capacidade de medição e calibração](#)

2 - Calibração RBC em Pesos Padrão de 1 mg a 20 kg da classe E2**Calibração:**

Calibração realizada conforme instrução de trabalho KN Waagen IT-21, que tem como referência a recomendação OIML R 111-1.

Certificado:

O certificado de calibração atende aos requisitos da NBR ISO/IEC 17025 e sua emissão é feita por conjunto e/ou classe de exatidão.

Incerteza:

A Incerteza Expandida será menor ou igual a 1/3 do valor do erro máximo permissível para a classe do peso, conforme OIML R 111-1 e portaria 233/94 do Inmetro.

Escopo e CMC:

A KN Waagen foi o primeiro laboratório privado acreditado RBC em Massa e detém o maior escopo, com menor incerteza de calibração do Brasil. [Consulte aqui: escopo de acreditação e capacidade de medição e calibração](#)
