

## Vendas 1 - Aferitec

---

**De:** Comercial - ABSI <comercial@absi.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 22 de julho de 2020 17:19  
**Para:** Vendas 1 - Aferitec  
**Assunto:** RES: Orçamento Calibração  
**Anexos:** 03646-20.pdf

Boa tarde Michael,

Segur orçamento dos instrumentos recebidos.

\*\* a Bomba comparativa, faremos outro orçamento devido a mesma ter sido direcionada ao setor de manutenção.

Atenciosamente,



---

**De:** Alessandro Souza - ABSI [mailto:alessandrosouza@absi.com.br]  
**Enviada em:** segunda-feira, 20 de julho de 2020 15:38  
**Para:** COMERCIAL - ABSI  
**Assunto:** ENC: Orçamento Calibração

Atenciosamente,



---

**De:** Vendas 1 - Aferitec [mailto:vendas1@aferritec.com.br]  
**Enviada em:** segunda-feira, 20 de julho de 2020 15:30  
**Para:** alessandrosouza@absi.com.br  
**Assunto:** Orçamento Calibração

Prezados, boa tarde!

Poderiam enviar orçamento para calibração dos itens abaixo, por gentileza?



**ABS SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA.**

1ª REVISÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI Nº CAL - 138413/16

ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o Nº CAL 0056

Fl. 1/1



DATA DA CALIBRAÇÃO: 02/08/2016

DATA DA EMISSÃO DA REVISÃO: 30/08/2016

CLIENTE: CATERPILLAR DO BRASIL LTDA

ENDEREÇO: —

SOLICITANTE: AFERITEC COMPROVAÇÕES METROLOGICAS E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: R CESAR LADEIRA 183 - PIRACICABA/SP

INSTRUMENTO: TERMÔMETRO DIGITAL

MODELO: SM-28

Nº DE SÉRIE: 20621

Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 153514

ORDEM DE SERVIÇO: 2312-16

PROCEDIMENTO: ABSI-RO-23 (edição 1 / rev.4);

PADRÕES UTILIZADOS: O instrumento foi calibrado em relação a um padrão de trabalho do laboratório ABSI de temperatura, com incerteza de  $\pm 0,35^{\circ}\text{C}$ , conforme certificado LV41309-13 - VISOMES (Validade 21/10/2016).

FABRICANTE: SKYMASTER // SPEEDTECH

FAIXA DE INDICAÇÃO: 5 - 50 °C

FAIXA CALIBRADA: 5,0 a 50,0 °C

VALOR DE UMA DIVISÃO: 0,1 °C



**ABS SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA.**

1ª REVISÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI Nº CAL - 138414/16

ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o Nº CAL 0056

Fl. 1/1



DATA DA CALIBRAÇÃO: 02/08/2016

DATA DA EMISSÃO DA REVISÃO: 30/08/2016

CLIENTE: CATERPILLAR DO BRASIL LTDA

ENDEREÇO: —

SOLICITANTE: AFERITEC COMPROVAÇÕES METROLOGICAS E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: R CESAR LADEIRA 183 - PIRACICABA/SP

INSTRUMENTO: BARÔMETRO DIGITAL

MODELO: SM-28

Nº DE SÉRIE: 20621

Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 153514

ORDEM DE SERVIÇO: 2312-16

PROCEDIMENTO: ABSI-RO-17 (edição 1 / rev.2); ABSI-RO-28 (edição 1 / rev.1);

PADRÕES UTILIZADOS: Barômetro Digital MF-P 25/16 - CTA (Validade 12/07/2019), com incerteza de  $\pm 0,005\%$ .

FABRICANTE: SKYMASTER // SPEEDTECH

FAIXA DE INDICAÇÃO: 950 mbar

FAIXA CALIBRADA: 90 a 950 mbar

VALOR DE UMA DIVISÃO: 0,1 mbar

Atenciosamente,



**MICHAEL FELIPE**

Vendas

[vendas1@aferte.com.br](mailto:vendas1@aferte.com.br)

*Transformando expectativas  
em credibilidade.*

Rua César Ladeira, 183

Bairro Paulicéia – Piracicaba | SP

+ 55 19 2533 5515 **DIRETO**

+55 19 3422 0215 **PABX**

[www.aferte.com.br](http://www.aferte.com.br)