

Spørsmål modul 7: "Hvilken av følgende påstander om diagnostikk er korrekt?"

svar:

- "Spesifisitet måler hvor godt en test identifiserer personer med sykdommen, mens sensitivitet måler hvor godt testen identifiserer friske personer.

Dette er en feilaktig påstand. Dette er feil fordi spesifisitet måler hvor godt en test utelukker sykdommen hos personer som faktisk ikke har den, mens sensitivitet måler hvor godt en test identifiserer personer med sykdommen når de faktisk har den. (blackboard, Sensitivitet og spesifisitet, modul 7)

- "En klinisk undersøkelse innebærer vanligvis å ta blodprøver for å stille en diagnose."

Dette er også en feilaktig påstand. Dette er feil fordi en klinisk undersøkelse vanligvis innebærer fysisk undersøkelse av pasienten og vurdering av symptomer, mens laboratorieundersøkelser, som blodprøver, er en separat del av diagnostiske tiltak. (blackboard, Klinisk undersøkelse & Laboratorieundersøkelser, modul 7)

- "Spirometri brukes til å diagnostisere og overvåke lungesykdommer som astma og KOLS."

Dette er en riktig påstand. Dette stemmer siden Spirometri utføres ved at pasienten blåser alt de kan inn, for deretter å blåse så kraftig de kan ut i et rør. (blackboard, Spirometri, modul 7)

- "Et EKG fungerer ved å måle nivået av ulike vitaminer i blodet for å identifisere underliggende medisinske tilstander."

Dette er en feilaktig påstand. Dette er feil fordi et EKG (elektrokardiogram) er en diagnostisk test som måler spenningsforskjeller i hjertet. Det brukes hovedsakelig til å oppdage hjertesykdommer og abnormiteter i hjertefunksjonen, ikke for å måle nivået av vitaminer i blodet. (blackboard, Klinisk fysiologiske undersøkelser, modul 7)