

Spørsmål modul 8: Hvilke maskin kan være skadelig på grunn av strålingseksponering?"

svar:

- " CT "

Dette er en riktig påstand. Ulempen med CT at stråledosene ikke er ubetydelige, og kan føre til kreftutvikling om dosene gjentas mange nok ganger, og om strålefølsomme organer scannes mye. (blackboard, CT (computertomografi), modul 8)

- " MR "

Dette er en feilaktig påstand. MR bruker magnetfelt og radiobølger for å produsere bilder, og det involverer ikke ioniserende stråling. (blackboard, MR (magnettomografi), modul 8)

- " Ultralyd "

Dette er en feilaktig påstand. Ultralyd bruker høyfrekvente lydbølger som reflekteres av kroppens vev for å produsere bilder uten bruk av ioniserende stråling. (blackboard, Ultralyd, modul 8)