

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado con Trazabilidad a Patrones Metrocal SpA

|                            |            |                   |                     |
|----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Certificado de Calibración | : MC-7275L | Fecha de Emisión: | 10 de junio de 2024 |
|----------------------------|------------|-------------------|---------------------|

### I. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Cliente     | : POLIFUSION S.A.                         |
| Solicitante | : NO IDENTIFICADO                         |
| Dirección   | : CACIQUE COLIN N°2525 - LAMPA - SANTIAGO |

### II. IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM CALIBRADO

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Descripción del Ítem | : HUINCHA DE MEDIR |
| Marca                | : TRUPER           |
| Modelo               | : FH-10M           |
| Serie                | : NO TIENE         |
| Código Interno       | : P 11             |

### III. TRAZABILIDAD

|                               |                       |                          |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| SET 4 BLOQUES PATRONES        |                       | REGLA RIGIDA GRADUADA    |
| Patrón Utilizado              | : LARGOS              |                          |
| Numero Identificación         | : PLON-124            | 193-1                    |
| Marca                         | : MITUTOYO            | NO REGISTRADA            |
| Modelo                        | : ISO 3650            | NO REGISTRADA            |
| Certificado de Calibración N° | : 1623141             | MC-2428L                 |
| Próxima Calibración de Patrón | : 27 de julio de 2025 | 6 de octubre de 2025     |
| Emitido por                   | : DICTUC              | Metrologia y calidad SpA |
| Trazabilidad Inmediata        | : DICTUC              | Metrologia y calidad SpA |

### IV. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lugar de Calibración    | : Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud Metrocal SpA |
| Tª media en Calibración | : (21,2 ± 1,3)°C                                            |
| Humedad en Calibración  | : (41,0 ± 5)%H.R.                                           |
| Método de Calibración   | : Comparación directa con Sistema patrón                    |
| Fecha de Calibración    | : 10 de junio de 2024                                       |

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por el factor de cobertura  $k = 2$ . El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con *trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales* los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El Laboratorio de Calibración de Metrocal posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración".

Metrocal no asume responsabilidades por daños posteriores a la calibración ocasionados por el mal empleo de instrumentos o por intervención de personas ajenas a nuestro servicio.

Los resultados de la calibración están referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Los resultados de la calibración son aplicables solo al ítem calibrado e identificado en el presente certificado.

Este certificado de calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso de Metrocal.



**Luis Suárez Cabezas**  
Gerente General, MetroCal SpA.

Certificado de Calibración : MC-7275L

**V. CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM CALIBRADO**

Descripción del Ítem : HUINCHA DE MEDIR  
Rango : 0 a 10000 mm  
Rango Calibrado : 0 a 10000 mm  
Graduación/Resolución : 1 mm

**RESULTADOS DE CALIBRACIÓN**

| Tabla de Resultados                 |                                        |                              |                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Longitud media<br>Sistema Patrón SP | Longitud media<br>Equipo Calibrando EC | Error de medición<br>EC - SP | Incertidumbre<br>$U_{95\%} (k = 2)$ |
| mm                                  | mm                                     | mm                           | mm                                  |
| 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,80                                |
| 100,0                               | 100,0                                  | 0,0                          | 0,80                                |
| 300,0                               | 300,0                                  | 0,0                          | 0,80                                |
| 500,0                               | 500,0                                  | 0,0                          | 0,80                                |
| 1000,0                              | 1000,0                                 | 0,0                          | 0,80                                |
| 2000,0                              | 2000,0                                 | 0,0                          | 0,80                                |
| 4000,0                              | 4000,0                                 | 0,0                          | 1,12                                |
| 6000,0                              | 6000,0                                 | 0,0                          | 1,12                                |
| 8000,0                              | 8000,0                                 | 0,0                          | 1,38                                |
| 10000,0                             | 10000,0                                | 0,0                          | 1,59                                |

Leyenda

SP: Sistema de Medición Patrón de Calibración  
EC: Elemento de Medición Calibrado  
 $U$ : Incertidumbre expandida con un factor de cobertura  $k = 2$

Fin del Certificado.