

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Certificado de Calibración	:	MC-8690M	Fecha de Emisión:	4 de septiembre de 2024
Cliente	:	POLIFUSION S.A		
Solicitante	:	VICTOR LUTZ		
Dirección	:	CACIQUE COLIN 2525, LAMPA - SANTIAGO		
Descripción del ítem	:	DETERMINACIÓN DE MASA		
Marca	:	NO TIENE		
Modelo	:	NO TIENE		
Serie	:	2258-1		
Código interno	:	NO TIENE		
Patrón utilizado	:	Juego de Masas Patron 2kg a 20kg	BALANZA ANALITICA	
Número Identificación	:	PMAS-212	PMAS-175	
Marca	:	NO TIENE	TOMS	
Modelo	:	NO TIENE	TM-TXC50002	
Certificado de calibración N°	:	M-3508	MC-3648M	
Próxima calibración de Patrón	:	8 de junio de 2026	28 de junio de 2025	
Emitido por	:	IDIC	METROCAL	
Trazabilidad inmediata	:	IDIC	METROCAL	
Lugar de calibración	:	Laboratorio de Calibración Magnitud Masa Metrocal SpA		
Tª media en calibración	:	(19,4 ± 1,1) °C		
Humedad en calibración	:	(39,5 ± 5)%H.R.		
Presión atmosférica	:	956,7 hPa		
Método de calibración	:	Comparación con Masas Patrones		
Procedimiento de calibración	:	MC-PT04-IMAS02 Rev. 2 Basada en: OIML R111-1 - 2004, ME-025 Ed. 1 2020 CEM de España		
Fecha de calibración	:	4 de septiembre de 2024		

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por el factor de cobertura $k = 2$. El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con **trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales** los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Metrocal no asume responsabilidades por daños posteriores a la calibración ocasionados por el mal empleo de instrumentos o por intervención de personas ajenas a nuestro servicio.

Los resultados de la calibración están referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Los resultados de la calibración son aplicables solo al ítem calibrado e identificado en el presente certificado.

Este certificado de calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso de Metrocal.

Los resultados del presente Certificado de medición se aplican sólo al elemento medido y corresponden a las condiciones en las instalaciones de Metrocal.

La reproducción de este documento deberá ser hecha integralmente sin ninguna alteración.

Certificado de Calibración : MC-8690M

V. CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM CALIBRADO

Descripción del Ítem : DETERMINACIÓN DE MASA

Rango : 2006,03 g

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

TABLA DE RESULTADOS			
DETERMINACIÓN DE MASA			
Identificación de la masa	Determinación de masa	Incertidumbre	Cobertura
Nº	EM g	SP ±g	K=2 95 %
2258-1	2006,03	0,10	2,0

NOTAS:

EM: Elemento Medido

SP: Sistema Patrón

El valor de incertidumbre se cálculo para un nivel de confianza del 95%

Fin del certificado.