

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Certificado de Calibración	: MC-7472L	Fecha de Emisión:	02 de julio de 2024
Cliente	: POLIFUSION S.A		
Solicitante	: VICTOR LUTZ		
Dirección	: CACIQUE COLIN N°2525, LAMPA - SANTIAGO		
Descripción del Ítem	: PIE DE METRO BOCA LARGA		
Marca	: NO TIENE		
Modelo	: NO TIENE		
Serie	: NO TIENE		
Código Interno	: 1850- 3		
Patrón Utilizado	: SET DE BLOQUES PATRON CORTOS 38 PIEZAS	SET 4 BLOQUES PATRONES LARGOS	
Numero Identificación	: PLON-125	PLON-124	
Marca	: NO TIENE	MITUTOYO	
Modelo	: ISO 3650	ISO 3650	
Certificado de Calibración N°	: 1620176	1623141	
Próxima Calibración de Patrón	: 23 de abril de 2027	10 de junio de 2027	
Emitido por	: DICTUC	DICTUC	
Trazabilidad Inmediata	: DICTUC	DICTUC	
Lugar de Calibración	: Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud Metrocal SpA		
Tª media en Calibración	: (19,2 ± 0,8)°C		
Humedad en Calibración	: (46,7 ± 5)%H.R.		
Método de Calibración	: Comparación directa con Sistema patrón		
Procedimiento de Calibración	: MC-PT04-ILON01 Rev. 1 Basado en: DI-008 CEM Ed. 1		
Fecha de Calibración	: 2 de julio de 2024		

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por el factor de cobertura $k = 2$. El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Metrocal no asume responsabilidades por daños posteriores a la calibración ocasionados por el mal empleo de instrumentos o por intervención de personas ajenas a nuestro servicio.

Los resultados de la calibración están referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Los resultados de la calibración son aplicables solo al ítem calibrado e identificado en el presente certificado.

Este certificado de calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso de Metrocal.



Luis Suárez Cabezas
Gerente General, MetroCal SpA.

Certificado de Calibración :		MC-7472L	
Descripción del Ítem :	PIE DE METRO BOCA LARGA		Leyenda
Rango :	0 a 500	mm	SP: Sistema de Medición Patrón de Calibración
Rango Calibrado :	0 a 500	mm	EC: Elemento de Medición Calibrado
Graduación/Resolución :	0,02	mm	U: Incertidumbre expandida con un factor de cobertura k=2
RESULTADOS DE CALIBRACIÓN			

Tabla de Resultados			
Longitud media Sistema Patrón SP	Longitud media Equipo Calibrando EC	Error de medición EC - SP	Incertidumbre $U_{95\%}(k=2)$
mm	mm	mm	mm
0,00	0,00	0,00	0,023
2,02	2,06	0,04	0,023
75,00	75,00	0,00	0,023
150,00	150,00	0,00	0,023
200,00	200,00	0,00	0,023
250,00	250,00	0,00	0,023
400,00	400,00	0,00	0,023
500,00	500,00	0,00	0,023

ERROR EN MEDIDOR DE INTERIORES	
Posición	Error
75,00 mm	0,44 mm
250,00 mm	0,72 mm

ERROR DE Abbe
20µm

MÁXIMO ERROR DE PARALELISMO	
MEDIDOR DE EXTERIORES	Error de paralelismo no detectado
MEDIDOR DE INTERIORES	Error de paralelismo no detectado

Fin del Certificado.