

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Certificado con Trazabilidad a Patrones MetroCal SpA.

Certificado de Calibración	:	MC-7471L	Fecha de Emisión:	02 de julio de 2024
Cliente	:	POLIFUSION S.A		
Solicitante	:	VICTOR LUTZ		
Dirección	:	CACIQUE COLIN N°2525, LAMPA - SANTIAGO		
Descripción del Ítem	:	MICROMETRO DE TUBO		
Marca	:	MITUTOYO		
Modelo	:	115-216		
Serie	:	97021555		
Código interno	:	P 13		
Patrón Utilizado	:	SET DE BLOQUES PATRON CORTOS 38 PIEZAS	SET DE 10 BLOQUES PATRON, RECTANGULARES MÉTRICOS	
Numero Identificación	:	PLON-125	PLON-123	
Marca	:	NO TIENE	MITUTOYO	
Modelo	:	ISO 3650	516-107-10	
Certificado de Calibración N°	:	1620176	1620038	
Próxima Calibración de Patrón	:	23 de abril de 2027	19 de abril de 2027	
Emitido por	:	DICTUC	DICTUC	
Trazabilidad Inmediata	:	DICTUC	DICTUC	
Lugar de Calibración	:	Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud Metrocal SpA		
Tª media en Calibración	:	(19,4 ± 1,2)°C		
Humedad en Calibración	:	(44,5 ± 4)%H.R.		
Método de Calibración	:	Comparación directa con Sistema Patrón		
Procedimiento de Calibración	:	MC-PT04-ILON02 Rev. 1 Basado en: DI-005 CEM Ed. 1		
Fecha de Calibración	:	2 de julio de 2024		

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por el factor de cobertura $k = 2$. El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El Laboratorio de Calibración de Metrocal posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración"

Metrocal no asume responsabilidades por daños posteriores a la calibración ocasionados por el mal empleo de instrumentos o por intervención de personas ajenas a nuestro servicio.

Los resultados de la calibración están referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Los resultados de la calibración son aplicables solo al ítem calibrado e identificado en el presente certificado.

Este certificado de calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso de Metrocal.



Luis Suárez Cabezas
Gerente General, MetroCal SpA.

Certificado de Calibraci n : MC-7471L

V. CARACTER STICAS DEL  TEM CALIBRADO

Descripci n del  tem : MICROMETRO DE TUBO
Rango : 25 a 50 mm
Rango Calibrado : 25 a 50 mm
Graduaci n/Resoluci n : 0,01 mm

RESULTADOS DE CALIBRACI N

Tabla de Resultados			
Longitud media Sistema Patr�n SP	Longitud media Equipo Calibrando EC	Error de medici�n EC - SP	Incertidumbre $U_{95\%}(k=2)$
mm	mm	mm	mm
25,00	25,00	0,00	0,006
30,10	30,10	0,00	0,006
35,30	35,30	0,00	0,006
40,00	40,00	0,00	0,006
45,20	45,20	0,00	0,006
50,00	50,00	0,00	0,006

Leyenda SP: Sistema de Medici n Patr n de Calibraci n
EC: Elemento de Medici n Calibrado
U: Incertidumbre expandida con un factor de cobertura $k=2$

Fin del Certificado.