

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado con Trazabilidad a Patrones Metrocal SpA



Certificado de Calibración	: MC-7470L	Fecha de Emisión:	02 de julio de 2024
----------------------------	------------	-------------------	---------------------

I. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	: POLIFUSION S.A
Solicitante	: VICTOR LUTZ
Dirección	: CACIQUE COLIN N°2525, LAMPA - SANTIAGO

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM CALIBRADO

Descripción del ítem	: CIRCOMETRO
Marca	: BA-METROLOGIE
Modelo	: NO TIENE
Serie	: NO TIENE
Código Interno	: 1-66

III. TRAZABILIDAD

SET DE BLOQUES PATRON CORTOS	SET 4 BLOQUES PATRONES	
Patrón Utilizado	: 38 PIEZAS	LARGOS
Numero Identificación	: PLON-125	PLON-124
Marca	: NO TIENE	MITUTOYO
Modelo	: ISO 3650	ISO 3650
Certificado de Calibración N°	: 1620176	1623141
Próxima Calibración de Patrón	: 23 de abril de 2027	10 de junio de 2027
Emitido por	: DICTUC	DICTUC
Trazabilidad Inmediata	: DICTUC	DICTUC

IV. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN

Lugar de Calibración	: Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud Metrocal SpA
Tª media en Calibración	: (20,1 ± 1,4)°C
Humedad en Calibración	: (42,5 ± 6)%H.R.
Método de Calibración	: Comparación directa con Sistema patrón
Fecha de Calibración	: 2 de julio de 2024

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por el factor de cobertura $k = 2$. El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con *trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales* los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).


El Laboratorio de Calibración de Metrocal posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración".

Metrocal no asume responsabilidades por daños posteriores a la calibración ocasionados por el mal empleo de instrumentos o por intervención de personas ajenas a nuestro servicio.

Los resultados de la calibración están referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Los resultados de la calibración son aplicables solo al ítem calibrado e identificado en el presente certificado.

Este certificado de calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso de Metrocal.



Luis Suárez Cabezas
Gerente General, MetroCal SpA.

Certificado de Calibración : MC-7470L

V. CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM CALIBRADO

Descripción del ítem : CIRCOMETRO
 Rango : 0 a 115 Ø 0 a 361,3 mm
 Rango Calibrado : 0 a 115 Ø 0 a 361,3 mm
 Graduación/Resolución : 0,1 Ø 0,3 mm

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Tabla de Resultados			
Longitud media Sistema Patrón SP	Longitud media Equipo Calibrando EC	Error de medición EC - SP	Incertidumbre $U_{95\%} (k = 2)$
Ø	Ø	Ø	Ø
0,0	0,0	0,0	0,05
20,0	20,0	0,0	0,05
30,0	30,0	0,0	0,05
40,0	40,0	0,0	0,05
50,0	50,0	0,0	0,05
60,0	60,0	0,0	0,05
70,0	70,0	0,0	0,05
80,0	80,0	0,0	0,05
100,0	100,0	0,0	0,05
115,0	115,0	0,0	0,05

Tabla de Resultados S.I.			
Longitud media Sistema Patrón SP	Longitud media Equipo Calibrando EC	Error de medición EC - SP	Incertidumbre $U_{95\%} (k = 2)$
mm	mm	mm	mm
0,0	0,0	0,0	0,15
62,8	62,8	0,0	0,15
94,2	94,2	0,0	0,15
125,7	125,7	0,0	0,15
157,1	157,1	0,0	0,15
188,5	188,5	0,0	0,15
219,9	219,9	0,0	0,15
251,3	251,3	0,0	0,15
314,2	314,2	0,0	0,15
361,3	361,3	0,0	0,15

Leyenda

SP: Sistema de Medición Patrón de Calibración
 EC: Elemento de Medición Calibrado
 U : Incertidumbre expandida con un factor de cobertura $k = 2$

Fin del Certificado.